

TECHNICAL & PERFORMANCE SPECIFICATION FOR MEDICAL EQUIPMENTS

التجهيزات الطبية

مراكز الرعاية الصحية

Item Code	4455260060035	GROUP #	PHC117
ITEM DESCRIPTION	MIXER BLOO ROLLER-TYPE	اسم البند	خلاط لعينات الدم

MODEL OFFERED	MANUFACTURER	COUNTRY OF ORIGIN

#	TECHNICAL PARAMETERS	SPECIFIED	RESULT
1	TYPE	Shockless	
2	APPLICATION	Homogeneous mixing of blood in tubes	
3	NO OF ROLLERS, MIN.	4	
4	SPEED, RPM	1 TO 30	
5	TIMER	built in 0-60 min.	
6	CAPACITY	14 TO 16 TEST TUBES	
7	POWER SUPPLY		
8	On/Off	Rocker switch	
9	Voltage	220 volts	
10	Frequency, Hz.	60 Hz.	
11	OTHER SPECIFICATIONS		

--

THE BIDDER MUST COMPLY WITH ALL ABOVE SPECS. AND MUST FILL HIS OFFER IN THE "OFFERED" COLUMN THEN STAMP AND SIGN THE SHEET.



يلتزم مقدم العطاء بكافة المواصفات الفنية الموضحة أعلاه كما يلتزم بتقديم عرضته المقدم على أوراق المواصفة بالخانة الموضحة مع ختمها وتوقيعها