

**TECHNICAL & PERFORMANCE SPECIFICATION FOR MEDICAL EQUIPMENTS**

**التجهيزات الطبية**

**مراكز الرعاية الصحية**

<b>Item Code</b>	4455260010088	<b>GROUP #</b>	PHC174
<b>ITEM DESCRIPTION</b>	SUCTION UNIT – ELECTRICAL MOBILE	<b>اسم البند</b>	جهاز شفط سائل - كهربائي

MODEL OFFERED	MANUFACTURER	COUNTRY OF ORIGIN

#	TECHNICAL PARAMETERS	SPECIFIED	RESULT
1	PUMP TYPE	Oil less	
2	VACUUM SYSTEM	ELECTRONIC	
3	PRESSURE RANGE,		
4	mm Hg	0-700 approx	
5	Indicator type	Specify	
6	Safety cutoff pressure	Yes	
7	Airflow, L/min	Approx 40	
8	COLLECTION SYSTEM		
9	Container	Poly carbonate	
10	Number		
11	Capacity, L	3 lit.	
12	Overflow protection	Audio & visual	
13	TUBING		
14	Number of inlets		
15	Length, m (ft)	Specify	
16	All Cannula's reusable and autoclavable.	Yes	
17	FOOT SWITCH	Yes	
18	ANTI-STATIC WHEEL	Yes	
19	LINE POWER,	220 Volt – 60 Hz.	
20	DCV		
21	SHOULD BE COMPATIBLE WITH AMBULANCE CAR	Yes	
22	NON RETURN VALVE	The unit must be equipped with the back flow prevent or, for the prevention of infection.	
23	OTHER SPECIFICATIONS		

--

THE BIDDER MUST COMPLY WITH ALL ABOVE SPECS. AND MUST FILL HIS OFFER IN THE "OFFERED" COLUMN THEN STAMP AND SIGN THE SHEET.



يلتزم مقدم العطاء بكافة المواصفات الفنية الموضحة أعلاه كما يلتزم بتعبئة عرضه المقدم على أوراق المواصفة بالخانة الموضحة مع ختمها وتوقيعها