

المملكة العربية السعودية وزارة الصحة إدارة التجهيزات الطبية إدارة المواصفات والتطوير

TECHNICAL & PERFORMANCE SPECIFICATION FOR MEDICAL EQUIPMENTS

,	التجهيزاه				
Item Code 4455260090065					PHC289
ITEM DESCRIPTION UNDERCOUNTER WASHER DISINFECTOR MACHINE				جهاز غسيل وتطهير تحت الطاولة	اسم البند
MODEL OFFERED		MANUFACTURER		COUNTRY OF ORIGIN	
	TECHNICAL PARAMETERS		SPE	CIFIED	RESULT
	Application			For Mechanical cleaning and disinfection surgical devices	
	Туре		Unde	Under counter	
	Display		speci	specify	
	Chamber material		S/S 3	S/S 316 TI	
i	Capacity		80 L	80 L or more	
5	Cycle time		40 - 5	40 - 50 Min	
•	Wash action		Rota	Rotary adjustable spray arms	
	Cold wash		Yes	Yes	
)	Detergent wash		Yes	Yes	
0	Thermal disinfection		Yes		
1	Printer		Interr	Internal	
2	Drying		Yes	Yes	
3	Heat source		Yes , electrical		
4	Automatic Heating		Spec	Specify	
5	Total power		8000 w		
6	Steam condenser		Yes	Yes	
7	Booster pump for DI water		Yes	Yes	
8	Glass window		speci	specify	
9	Doors Single		е		
20	Power supply		380 \	// 60 Hz 3 phases	
:1	Error alarm		Yes		
22	Accessories				
2.1	3 level basket 2		Spec	ify	
2.2	20/30 rubber		YES		
2.3	Hand pies support for dental basket		YES		
23	Racks		yes		
24	Standards		Meet	with 15883 ISO	

THE BIDDER MUST COMPLY WITH ALL ABOVE SPECS. AND MUST FILL HIS OFFER IN THE "OFFERED "COLUMN THEN STAMP AND SIGN THE SHEET.

يلتزم مقدم العطاء بكافة المواصفات الفنية الموضحة أعلاه كما يلتزم بتعبئة عرضه المقدم على أوراق المواصفة بالخانة الموضحة مع ختمها وتوقيعها

<u>02/Aug/2016 11:45 AM</u> Page 1 of 1