

TECHNICAL & PERFORMANCE SPECIFICATION FOR MEDICAL EQUIPMENTS

التجهيزات الطبية

مراكز الرعاية الصحية

Item Code	4455260010034	GROUP #	PHC074
ITEM DESCRIPTION	CYLINDER O2 - WITH REGULATOR	اسطوانة أكسجين مع منظم وعربة	اسم البند
MODEL OFFERED	MANUFACTURER	COUNTRY OF ORIGIN	
#	TECHNICAL PARAMETERS	SPECIFIED	RESULT
1	Medical oxygen regulator	Pin index	
1	Regular outlet pressure	50 psi approx.	
1	Adjustable flow rate	0 - 15 L/min approx.	
1	Pressure guage scale	0 - 3000 psi	
1	Aluminum oxygen regulators.	Yes	
1	The offered regulator should be passed the ignition test	Yes, certificate should be supplied	
1	ASTM G175	Yes	
1	Sintered bronze filter	Yes	
1	N2O CLINDER	Yes	
1	MATERIAL	Yes	
1	PIN INDEX CGA 910	Yes	
1	COLOR CODE	Yes	

THE BIDDER MUST COMPLY WITH ALL ABOVE SPECS. AND MUST FILL HIS OFFER IN THE "OFFERED" COLUMN THEN STAMP AND SIGN THE SHEET.



يلتزم مقدم العطاء بكافة المواصفات الفنية الموضحة أعلاه كما يلتزم بتعبئة عرضه المقدم على أوراق المواصفة بالخانة الموضحة مع ختمها وتوقيعها