Kingdom of Saudi Arabia Ministry Of Health General Directorate of Equipment Supplies Department Of Specs. & Development



المملكة العربية السعودية وزارة الصحة إدارة التجهيزات الطبية إدارة المواصفات والتطوير

## **TECHNICAL & PERFORMANCE SPECIFICATION FOR MEDICAL EQUIPMENTS**

	التجهي مراكز الرع Code	4455260060043			G	ROUP # PHC141
ITEM DESCRIPTION REFRIGRATOR - 24 ft FOR SA		R SAMPLES	ثلاجة 24 قدم لحفظ الكواشف والعيذات		اسم البند	
	MODE	EL OFFERED	MAN	IUFACTURER	COUNTRY OF	ORIGIN
	TECHNICAL	PARAMETERS		SPE	CIFIED	RESULT
	( Heavy dute and commercial uses ) الحجم 24َقَدَم					
	خاصية التحكم بدرجة التبريد.					
	.وجود 2 أرفف للتخزين بحد أدنى					
	خاصية عدم تراكم الثلج					
	. وجود رف واحد في الباب بحد أدنى					
	فريزر بنظام النبريد المروحي					
	عجلات لسهولة التحريك مع خاصية الاقفال.					
	ماركة مشهورة ونوعية معروفة ومتداولة في السوق					
	. تقديم عينة للإختيار النهائي					
	.(CE) أو المواصفات الأوروبية حسب شهادة (UL) مطابقة للمواصفات الأمريكية حسب شهادة					

THE BIDDER MUST COMPLY WITH ALL ABOVE SPECS. AND MUST FILL HIS OFFER IN THE "OFFERED "COLUMN THEN STAMP AND SIGN THE SHEET.

يلتزم مقدم العطاء بكافة المواصفات الفنية الموضحة أعلاه كما يلتزم بتعبئــة عرضه المقدم على أوراق المواصفة بالخانة الموضحة مع ختمها وتوقيعها

<u>02/Aug/2016 11:41 AM</u> Page 1 of 1