

TECHNICAL & PERFORMANCE SPECIFICATION FOR MEDICAL EQUIPMENTS

التجهيزات الطبية

مراكز الرعاية الصحية

Item Code	4455260040002	GROUP #	PHC011
ITEM DESCRIPTION	AMALGAMATOR	اسم البند	جهاز خلط حشوات

MODEL OFFERED	MANUFACTURER	COUNTRY OF ORIGIN

#	TECHNICAL PARAMETERS	SPECIFIED	RESULT
1	CONFIGURATION	Bench/ Table Top	
1	CONTROLS	Microprocessor	
1	TIMER	0-16 Sec	
1	OSCILLATION/MIN	2500-4500 - adjustable	
1	SAFETY COVER	Made of high impact plastic transparent.	
1	CAPSULE HOLDER ACCEPTS CAPSULES OF ALL MAJOR MANUFACTURER	Yes	
1	PUSH BUTTON START SWITCH	Yes	
1	MIXING FREQUENCY ACCOMMODATE ALL FILLING MATERIALS ACCORDING TO ADA or ISO SPECIFICATIONS	Yes	
1	POWER SUPPLY		
1	Voltage	220Volts	
1	Frequency	60Hz	
1	OTHER SPECIFICATION	Can accept all types of capsules include Amalgam and Glass Ionomer	

THE BIDDER MUST COMPLY WITH ALL ABOVE SPECS. AND MUST FILL HIS OFFER IN THE "OFFERED" COLUMN THEN STAMP AND SIGN THE SHEET.



يلتزم مقدم العطاء بكافة المواصفات الفنية الموضحة أعلاه كما يلتزم بتعبئة عرضه المقدم على أوراق المواصفة بالخانة الموضحة مع ختمها وتوقيعها