

TECHNICAL & PERFORMANCE SPECIFICATION FOR MEDICAL EQUIPMENTS

التجهيزات الطبية

مراكز الرعاية الصحية

Item Code	4455260040001	GROUP #	PHC008
ITEM DESCRIPTION	AIR COMPRESSOR - DENTAL	اسم البند	(ضغط هواء) كومبريسور

MODEL OFFERED	MANUFACTURER	COUNTRY OF ORIGIN

#	TECHNICAL PARAMETERS	SPECIFIED	RESULT
1	MUST BE OF THE MAINTENANCE ? FREE AND OIL LESS	Yes	
1	AIR DRYER MODULE.	Yes	
1	THREE HEADS	Yes	
1	630 LITERS/ MINUTE AT 5 BAR ,6 CYCLE	Yes	
1	IT SHOULD DELIVER AT 5.5 BAR, AT A RATE OF 65 L/MIN. OR IN CASE OF PNEUMATIC UNITS 100 L/MIN AT 5 BAR.	Yes	
1	SHOULD HAVE A PRESSURE SWITCH	Yes	
1	IT SHOULD BE CUT IN AT 5.5 BAR, AND CUT OUT AT 7.0 BAR	Yes	
1	OIL-LESS	Yes	
1	HORIZONTAL / VERTICAL TANK WITH AIR CAPACITY	150 Liters	
1	POWER SUPPLY		
1	VOLTAGE	220 Volts, max>. 15A, 1 Phase	
1	FREQUENCY	60Hz	
1	POWER CORD	3Pin BT, 1-2 Meter Length	
1	ACCESSORIES	All standard Accessories, [Provide list in offer]	
1	OTHER SPECIFICATION		

THE BIDDER MUST COMPLY WITH ALL ABOVE SPECS. AND MUST FILL HIS OFFER IN THE "OFFERED" COLUMN THEN STAMP AND SIGN THE SHEET.



يلتزم مقدم العطاء بكافة المواصفات الفنية الموضحة أعلاه كما يلتزم بتعبئة عرضه المقدم على أوراق المواصفة بالخانة الموضحة مع ختمها وتوقيعها