

TECHNICAL & PERFORMANCE SPECIFICATION FOR MEDICAL EQUIPMENTS

التجهيزات الطبية

مراكز الرعاية الصحية

Item Code	4455260090048	GROUP #	PHC268
ITEM DESCRIPTION	SEALER MACHINE	اسم البند	جهاز تغليف حراري

MODEL OFFERED	MANUFACTURER	COUNTRY OF ORIGIN

#	TECHNICAL PARAMETERS	SPECIFIED	RESULT
1	Type	table top	
2	Controls	Microprocessor, fully automatic	
3	Application	to seal pouches for steam and plasma pouches	
4	Overheat protection	yes	
5	Temp. range	0-200c	
6	Sealing length	120mm to 660 mm	
7	Comply with tracking system	yes	
8	LCD Display Screen	yes	
9	ACCESSORIES	roll wheels, cutting devices	

THE BIDDER MUST COMPLY WITH ALL ABOVE SPECS. AND MUST FILL HIS OFFER IN THE "OFFERED" COLUMN THEN STAMP AND SIGN THE SHEET.



يلتزم مقدم العطاء بكافة المواصفات الفنية الموضحة أعلاه كما يلتزم بتعبئة عرضه المقدم على أوراق المواصفة بالخانة الموضحة مع ختمها وتوقيعها