Kingdom of Saudi Arabia Ministry Of Health General Directorate of Equipment Supplies Department Of Specs. & Development



المملكة العربية السعودية وزارة الصحة إدارة التجهيزات الطبية إدارة المواصفات والتطوير

TECHNICAL & PERFORMANCE SPECIFICATION FOR MEDICAL EQUIPMENTS

التجهيزات الطبية مراكز الرعاية الصحية								
		4455260060037					GROUP# PHC127	
المختبر OVEN UNIVERSAL 100 - 200 LITERS							اسم البند فر	
MODEL OFFERED			MANUFACTURER			COUNTRY OF ORIGIN		
#	TECHNICAL	DADAMETEDS			SDE	CIEIED	DESILIT	
F	TECHNICAL PARAMETERS CONFIGURATION					SPECIFIED RESULT		
<u> </u>	TYPE				Microprocessor Controlled Bench top			
3	CAPACITY				100 - 200 Liters			
1	TEMPERATURE							
5	RANGE				15 C TO 240 C			
;	CONTROLS				Yes			
•	OVER HEAT SAFETY COUTOUT				Yes			
	TIMER				24 Hour Digital			
)	DISPLAY				Digital			
0	INTERIOR				Stainless Steel			
1	EXTERIER				Stainless Steel			
2	SHELVES							
3	STANDARD ACCESSORIES				Yes			
4	POWER SUPPLY							
5	VOLTAGE				220-240 Volts			
6	FREQUENCY	FREQUENCY				60Hz		
7	ACCESSORIE	ACCESSORIES				Yes, All Standard accessories (Provide list with offer)		
8	SAFETY STAI	SAFETY STANDARD			IEC , UL, CSA or other International Safety Standard ? (Specify in offer)			
9	REGULTORY	REGULTORY COMPLIANCE			CSA, CE,FDA, ISO, & Others. (Specify in offer)			
20	OTHER SPEC	OTHER SPECIFICATIONS						

THE BIDDER MUST COMPLY WITH ALL ABOVE SPECS. AND MUST FILL HIS OFFER IN THE "OFFERED "COLUMN THEN STAMP AND SIGN THE SHEET.

يِلتَزم مقدم العطاء بكافة المواصفات الفنية الموضحة أعلاه كما يِلتَزم بتَعبُّــة عرضه المقدم على أوراق المواصفة بالخانة الموضحة مع ختمها وتوقيعها

<u>02/Aug/2016 11:40 AM</u> Page 1 of 1