

TECHNICAL & PERFORMANCE SPECIFICATION FOR MEDICAL EQUIPMENTS

التجهيزات الطبية

مراكز الرعاية الصحية

Item Code	4455260060059	GROUP #	PHC199
-----------	---------------	---------	--------

ITEM DESCRIPTION	WATER DISTILLER UNIT	اسم البند	وحدة تقطير مياه
------------------	----------------------	-----------	-----------------

MODEL OFFERED	MANUFACTURER	COUNTRY OF ORIGIN

#	TECHNICAL PARAMETERS	SPECIFIED	RESULT
1	OUTPUT	04- 08 lit/hr	
2	NO OF HEATING ELEMENTS	As required	
3	STORAGE RESERVOIR	Yes	
4	CAPACITY	(10 - 15 ) lit.	
5	NUMBERS	2	
6	POWER SUPPLY		
7	VOLTAGE	220V, max. 15A, 1 Phase	
8	FREQUENCY	60Hz	
9	POWER CORD	3Pin BT, 1-2 Meter Length	
10	OTHER SPECIFICATION		

THE BIDDER MUST COMPLY WITH ALL ABOVE SPECS. AND MUST FILL HIS OFFER IN THE "OFFERED" COLUMN THEN STAMP AND SIGN THE SHEET.



يلتزم مقدم العطاء بكافة المواصفات الفنية الموضحة أعلاه كما يلتزم بتعبئة عرضه المقدم على أوراق المواصفة بالخانة الموضحة مع ختمها وتوقيعها