Kingdom of Saudi Arabia Ministry Of Health General Directorate of Equipment Supplies Department Of Specs. & Development



المملكة العربية السعودية وزارة الصحة إدارة التجهيزات الطبية إدارة المواصفات والتطوير

TECHNICAL & PERFORMANCE SPECIFICATION FOR MEDICAL EQUIPMENTS

| _ | مراكز الرعاية اا | | | | | | _ | | |
|----|--|---------------------|----------------|--------------|--|---|--|--------|--|
| | Item Code | 4455260080005 | | | | | G | PHC144 | |
| EM | DESCRIPTION | REFRIGRATOR PHA | RMACY - VACCIN | VACCINE | | اسم البند ثلاجة حفظ لقاحات | | | |
| | MODE | EL OFFERED | | MANUFACTURER | | | COUNTRY OF ORIGIN | | |
| | | | | | | | | | |
| | TECHNICAL | PARAMETERS | | | | SPE | CIFIED | RESULT | |
| | TYPE | | | | | | Floor standing | | |
| | CONFIGURA | ATION | | | | | Storage of pharmaceuticals under safe, controlled conditions | | |
| | CAPACITY I | N LITERS | | | | | _ Approximatlly | | |
| | SHELVES | | | | | 4 or 5 heavy gauge zinc plated /powder coated | | | |
| | DOORS | | | | | | | | |
| | DOOR TYPE | | | | | Solid door | | | |
| | DOOR SEALING SYSTEM | | | | | Yes, para-magnetic | | | |
| | DOOR LOCK | DOOR LOCK | | | | | Yes | | |
| | TEMPERAT | URE CONTROL | | | | | gree Centigrate TO 10 ee Centigrate | | |
| | INTERIOR | | | | | Stair | less steel | | |
| | EXTERIOR | | | | | Powe | der coated enemal paint | | |
| | TEMP-ALARM . And Door Open Alarm | | | | Yes, High & Low / and Yes for Door alarm | | | | |
| | TEMPERATURE INDICATOR | | | | | Yes, | Yes, Digital display | | |
| | TEMP. CHART RECORDER | | | | | Yes | Yes | | |
| | POWER FAILURE ALARM, AUDIO & VISUAL | | | | | Yes | Yes | | |
| | RAPID TEMP. RECOVERY AFTER DOOR OPENINGS | | | | | Yes | | | |
| | INSULATION | INSULATION | | | | | CFC free | | |
| | INSIDE LIGH | IT . | | | | Yes | | | |
| | CASTERS | | | | | Yes | 4, (two lockable) | | |
| | UPS | | | | | - | onal (suitable power) | | |
| | POWER SU | | | | | 220 \ | V, 60 Hz | | |
| | OTHER SPE | OTHER SPECIFICATION | | | | | FDA OR CE | | |

THE BIDDER MUST COMPLY WITH ALL ABOVE SPECS. AND MUST FILL HIS OFFER IN THE "OFFERED "COLUMN THEN STAMP AND SIGN THE SHEET.

يلتزم مقدم العطاء بكافة المواصفات الفنوة الموضحة أعلاه كما يلتزم بتعبئــة عرضه المقدم على أوراق المواصفة بالخانة الموضحة مع خثمها وتوقيعها

<u>02/Aug/2016 11:43 AM</u> Page 1 of 1