Kingdom of Saudi Arabia Ministry Of Health General Directorate of Equipment Supplies Department Of Specs. & Development



المملكة العربية السعودية وزارة الصحة إدارة التجهيزات الطبية إدارة المواصفات والتطوير

TECHNICAL & PERFORMANCE SPECIFICATION FOR MEDICAL EQUIPMENTS

۳ انصحی	التجهيز مراكز الرعاي				_	
Ite	m Code	4455260010122			ا	GROUP # PHC224
ITEM DE	ESCRIPTION	TABLE - INSTRUMENT	-		طاولة ألات جراحية	اسم البند
	MODEL OFFERED		MANUFACTURER		COUNTRY OF ORIGIN	
	TECHNICAL	. PARAMETERS		SPE	CIFIED	RESULT
	Smooth surface to prevent the accumulation of unwanted substances			Yes		
	Welded, all stainless steel construction			Yes		
	Satin stainless steel AISI 304 standard finishing					
	Edges bent and hemmed for added rigidity					
	Tubular steel framePushing handle				cify	
	Top and shelf stiffeners for additional strength.					
	Width: 80 cm approx.					
	Height: 90cm approx.					
	Depth: 50 cm approx.			Yes		
0	4castors and 2 brakes			Yes		
1	Castor diameter 5cm approx.			Yes		

THE BIDDER MUST COMPLY WITH ALL ABOVE SPECS. AND MUST FILL HIS OFFER IN THE "OFFERED "COLUMN THEN STAMP AND SIGN THE SHEET.

يِلتَزم مقدم العطاء بكافة المواصفات الفنية الموضحة أعلاه كما يِلتَزم بتَعبُّــة عرضه المقدم على أوراق المواصفة بالخانة الموضحة مع ختمها وتوقيعها

<u>02/Aug/2016 11:35 AM</u> Page 1 of 1