Kingdom of Saudi Arabia Ministry Of Health General Directorate of Equipment Supplies Department Of Specs. & Development



المملكة العربية السعودية وزارة الصحة إدارة التجهيزات الطبية إدارة المواصفات والتطوير

TECHNICAL & PERFORMANCE SPECIFICATION FOR MEDICAL EQUIPMENTS

ات الطبية ة الصحية	التجهيزا مراكز الرعايا			
ITEM D	ESCRIPTION WORKING TABLE - SMALL		طاولة عمل صغيرة	اسم البند
	MODEL OFFERED	MANUFACTURER	COUNTRY O	F ORIGIN
ŧ	TECHNICAL PARAMETERS		SPECIFIED	RESULT
	CASEWORK SMALL		Yes	
2	APPLICATION		CASEWORK FOR UTILITY ROOM,ICU,ECOETC. AS THE FUNCTION NEEDED.	
3	COMPONENTS		SOLID BODY WILL NOT RUST, DENT OR CHIP, MATERIAL MANUFACTURED WITH ANTIBACTERIAL GROWTH INHIBITOR (INTERNATIONAL CERTIFICATE) APPROVED.	
1	CABINETS		*89-91 CM HIGH ,60 CM DEEP , HIGH QUALITY DOUBLE 4 TO 8 DRAWER /DOOR COMBO UNITS , MINIMUM 50 CM WIDTH. *DOOR UNITS WITH MINIMUM 120 DEG. SAFETY ANCHORS ,	5
5	DRAWER PULL COLOR		DRAWER PULLS COLOR WILL MATCH ROOM COMPONENTS	
3	CABINETS TOP/FINISH		*AT LEAST 12 Mm ACRLYC CORIAN VARIETY OF COLORS	S
7	OTHER SPECIFICATIONS "VERY IMPORTANT AND MUST BE MET FOR ELIGIBILITY".		1-IT IS PROHIBITED TO INTERNALLY DOUBLE PAD CASEWORK BASE CABINET SHELL USING ACRYLIC OR TRESPA LAYERS BECAUSE IT WORKS AS A RICH CLIMATE FOR BACTERIAL AND GERMS GROWTH THEREFORE CASEWORK SHELL BE MADE OF FULLY MOLDED AND STURDY BODY CONSTRUCTION. 2CASEWORK SHOULD BE MAD OF AUTHENTIC ANTIBACTERIAL HOSPITAL ENVIRONMENTALLY SAFE MATERIAL WHICH CAN STAND HUMID WEATHER AND HARD WEATHER CONDITIONS IN DIFFERENT PARTS OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA.	

THE BIDDER MUST COMPLY WITH ALL ABOVE SPECS. AND MUST FILL HIS OFFER IN THE "OFFERED "COLUMN THEN STAMP AND SIGN THE SHEET.

يلتزم مقدم العطاء بكلفة المواصفات الفنية الموضحة أعلاه كما يلتزم بتعبئــة عرضــه المقدم على أوراق المواصفة بالخانة الموضحة مع ختمها وتوقيعها

<u>02/Aug/2016 11:34 AM</u> Page 1 of 1