Kingdom of Saudi Arabia Ministry Of Health General Directorate of Equipment Supplies Department Of Specs. & Development



المملكة العربية السعودية وزارة الصحة إدارة التجهيزات الطبية إدارة المواصفات والتطوير

TECHNICAL & PERFORMANCE SPECIFICATION FOR MEDICAL EQUIPMENTS

التجهيزات الطبية مراكز الرعاية الصحية								
مراكز الرعاية الصحية								
Item Code 4455260010042 GROUP # PHC089								
Item Code							FIIO003	
ITEM DE	SCRIPTION	EXAM TABLE INFANT - WITH	المسم البند طاولة فحص مواليد - مع ميزان طاولة فحص مواليد - مع ميزان					
MODEL OFFERED MANUFAC				UFACTURER	CTURER COUNTRY OF ORIGIN			
	WIGDE	EL OFFERED	WANG	UFACIURER	COUNTRY OF	ORIGIN		
#	TECHNICAL	PARAMETERS			SPECIFIED		RESULT	
1	Weigh, measure and examine the infant on one convenient unit				Yes			
1	Built-in, digital scale				Yes	Yes		
1	Auto calibration on start-up				Yes			
1	Easy-clean, replaceable center pad				Yes			
1	Working height: 36 (91.4 cm)				Yes			
1	Table top length: 42 (106.7 cm)				Yes			
1	Table top wic	dth: 20.75 (52.7 cm)		Yes				
1	Paper roll holder				Yes			
1	One large drawer: 33 x 15 x 4.125 (83.8 x 38.1 x 10.5 cm)				Yes			
1	Drawer is constructed of high impact polystyrene with rounded corners for easy cleaning and is supported by side-mounted ball bearing steel slides with lock				Specify			
1	Bulk storage:33.5 x 17 x 18.38 (85 x 43.2 x 46.7 cm) with lock				Yes			
1	Patient weight capacity				22.7kg			
1	Double door				Yes			

THE BIDDER MUST COMPLY WITH ALL ABOVE SPECS. AND MUST FILL HIS OFFER IN THE "OFFERED "COLUMN THEN STAMP AND SIGN THE SHEET.

يلتزم مقدم العطاء بكافة المواصفات الفنية الموضحة أعلاه كما يلتزم بتعبئــة عرضه المقدم على أوراق المواصفة بالخانة الموضحة مع ختمها وتوقيعها

<u>02/Aug/2016 11:31 AM</u> Page 1 of 1