

TECHNICAL & PERFORMANCE SPECIFICATION FOR MEDICAL EQUIPMENTS

التجهيزات الطبية

مراكز الرعاية الصحية

Item Code	4455260060015	GROUP #	PHC051
ITEM DESCRIPTION	CENTRIFUGE - 12 TUBES	اسم البند	جهاز طرد مركزي - 12 أنبوب

MODEL OFFERED	MANUFACTURER	COUNTRY OF ORIGIN

#	TECHNICAL PARAMETERS	SPECIFIED	RESULT
1	TYPE	Bench top, direct drive	
2	ROTATIONAL SPEED		
3	Maximum rpm	6000	
4	Max cent force, RCF		
5	Max accel time, sec	15 SEC- 10 MIN	
6	Rpm adjust method	MICROPROCESSOR	
7	TACHOMETER		
8	Display type	DIGITAL	
9	Accuracy, rpm	+/- 10	
10	ROTOR HEADS		
11	Swinging outer rotor		
12	Adaptor		
13	Tube Size	12, 15, 16 ML.	
14	MAXIMUM CAPACITY TUBES		
15	TIMER	Yes	
16	Range, min	1 99 min	
17	Increments, min		
18	LID INTERLOCK	Yes	
19	PROGRAMMABLE	Yes	
20	ALERT INDICATORS	Yes	
21	BRAKING		
22	Type / No. of Settings	Electric / 10	
23	Max brake time, sec	Variable	

THE BIDDER MUST COMPLY WITH ALL ABOVE SPECS. AND MUST FILL HIS OFFER IN THE "OFFERED" COLUMN THEN STAMP AND SIGN THE SHEET.



يلتزم مقدم العطاء بكافة المواصفات الفنية الموضحة أعلاه كما يلتزم بتقديم عرضه المقدم على أوراق المواصفة بالخانة الموضحة مع ختمها وتوقيعها

TECHNICAL & PERFORMANCE SPECIFICATION FOR MEDICAL EQUIPMENTS

#	TECHNICAL PARAMETERS	SPECIFIED	RESULT
24	PHOTOTACH ACCESS	Yes	
25	NOISE LEVEL, dB	<59	
26	POWER SUPPLY	,	
27	VOLTAGE	220-240 VOLT	
28	FREQUENCY	60 Hz	
29	POWER CORD	3Pin BT, 1-2 Meter Length	
30	OTHER SPECIFICATIONS	.	

THE BIDDER MUST COMPLY WITH ALL ABOVE SPECS. AND MUST FILL HIS OFFER IN THE "OFFERED" COLUMN THEN STAMP AND SIGN THE SHEET.



يلتزم مقدم العطاء بكافة المواصفات الفنية الموضحة أعلاه كما يلتزم بتقديم عرضته المقدم على أوراق المواصفة بالخانة الموضحة مع ختمها وتوقيعها