

TECHNICAL & PERFORMANCE SPECIFICATION FOR MEDICAL EQUIPMENTS

التجهيزات الطبية

مراكز الرعاية الصحية

Item Code	4455260010125	GROUP #	PHC241
ITEM DESCRIPTION	VISION TEST - PROJECTOR	اسم البند	جهاز اختبار شدة الابصار - بروجيكتور

MODEL OFFERED	MANUFACTURER	COUNTRY OF ORIGIN

#	TECHNICAL PARAMETERS	SPECIFIED	RESULT
1	30 Charts	YES	
1	Comes with remote control, screen and polarised glasses	YES	
1	Easy distance calibration	YES	
1	Chart change speed: 0.3s/frame	YES	
1	Projection Distance: 1.5 to 6m	YES	
1	Tilting Angle: 10°up, 10°down	YES	
1	Auto Power Off: 10 minutes	YES	
1	LED Lamp - extremely long lifespan	YES	
1	Programmable chart routine	YES	
1	single line masking	YES	
1	Dimensions: 240mm(H) x230mm(W) x300mm(D) Approx	YES	
1	Weight: 6 kg approx.	YES	

THE BIDDER MUST COMPLY WITH ALL ABOVE SPECS. AND MUST FILL HIS OFFER IN THE "OFFERED" COLUMN THEN STAMP AND SIGN THE SHEET.



يلتزم مقدم العطاء بكافة المواصفات الفنية الموضحة أعلاه كما يلتزم بتعبئة عرضه المقدم على أوراق المواصفة بالخانة الموضحة مع ختمها وتوقيعها