Kingdom of Saudi Arabia Ministry Of Health General Directorate of Equipment Supplies Department Of Specs. & Development



المملكة العربية السعودية وزارة الصحة إدارة التجهيزات الطبية إدارة المواصفات والتطوير

TECHNICAL & PERFORMANCE SPECIFICATION FOR MEDICAL EQUIPMENTS

التجهيزات الطبية مراكز الرعاية الصحية							
مراكز الرعاية الصحية							
Item Code						PHC301	
ITEM DESCRIPTION STERLIZ		STERLIZATION BASKET - SMA	RLIZATION BASKET - SMALL		اسم البند حاوية آلات جراحية - صغير		
	MODEL OFFERED		MANUFACTURER		COUNTRY OF ORIGIN		
#	TECHNICAL	PARAMETERS			ECIFIED	RESULT	
	construction			stai	stainless steel		
2	Dimention (cm)			100	100Lx 70W x 90H approximately		
3	SINK DIMENTION (cm)				50(W) x 30(L) x 25(D) approximately		
ļ	faucet				2 cold and hot water		
5	under cabinet				yes with 2 doors		
3	drwers				yes 2 each side		
7	work flow				right to left or left to right according to layout drwaing		
3	air gun				Yes		
)	water pressure faucet				yes		
10	ACCESSORIES				glass protection ,nozzels holder ,brushes holder		
				•			

THE BIDDER MUST COMPLY WITH ALL ABOVE SPECS, AND MUST FILL HIS OFFER IN THE "OFFERED "COLUMN THEN STAMP AND SIGN THE SHEET.

يلتزم مقدم العطاء بكافة المواصفات الفنية الموضحة أعلاه كما يلتزم بتعبئــة عرضه المقدم على أوراق المواصفة بالخانة الموضحة مع ختمها وتوقيعها

<u>02/Aug/2016 11:45 AM</u> Page 1 of 1