Kingdom of Saudi Arabia Ministry Of Health General Directorate of Equipment Supplies Department Of Specs. & Development



المملكة العربية السعودية وزارة الصحة إدارة التجهيزات الطبية إدارة المواصفات والتطوير

## **TECHNICAL & PERFORMANCE SPECIFICATION FOR MEDICAL EQUIPMENTS**

	التجهيزات مراكز الرعاية ال اtem Code 4455260010017			GROUP# PHC04	
TIEM DESCRIPTION CABINET METAL - 4 SLIDING DRAWERS دولاب سحاب معنني 4 أدراج					
MODEL OFFERED		MANUFACTURER		COUNTRY OF ORIGIN	
	TECHNICAL PARAMETERS		SPECIFIED	RESULT	
	Weigh, measure and examine the infant on one convenient unit		Yes		
	built-in, digital scale		Yes		
	Auto calibration on start-up		Yes		
	Easy-clean, replaceable center pad		Yes		
	Working height: 36 (91.4 cm)		Yes		
	Table top length: 42 (106.7 cm)		Yes		
	Table top width: 20.75 (52.7 cm)		Yes		
	Paper roll holder		Yes		
	One large drawer: 33 x 15 x 4.125 (83.8 x 38.1 x 10.5 cm)		Specify		
	Drawer is constructed of high impact polystyrene with rounded corners for easy cleaning and is supported by side-mounted ball bearing steel slides with lock		Yes		
	Bulk storage:33.5 x 17 x 18.38 (85 x 43.2 x 46.7 cm) with lock		22.7kg		
	patient weight capacity		Yes		
	Double door				

THE BIDDER MUST COMPLY WITH ALL ABOVE SPECS. AND MUST FILL HIS OFFER IN THE "OFFERED "COLUMN THEN STAMP AND SIGN THE SHEET.

يلتزم مقدم العطاء بكافة المواصفات الفنية الموضحة أعلاه كما يلتزم بتعبئة عرضه المقدم على أوراق المواصفة بالخانة الموضحة مع ختمها وتوقيعها

<u>02/Aug/2016 11:30 AM</u> Page 1 of 1