Kingdom of Saudi Arabia Ministry Of Health General Directorate of Equipment Supplies Department Of Specs. & Development



المملكة العربية السعودية وزارة الصحة إدارة التجهيزات الطبية إدارة المواصفات والتطوير

TECHNICAL & PERFORMANCE SPECIFICATION FOR MEDICAL EQUIPMENTS

Item Code 4455260060014						GROUP # PHC048	
TEM DESCRIPTION CASEWORK LAB - WITH SINK					كاونتر مختبر مع الأحوض	اسم البند كاونتر مختبر مع الأحوض	
	MOD	EL OFFERED	MANUFACT	JRER	COUNTRY O	F ORIGIN	
	TECHNICAL	L PARAMETERS		SPE	CIFIED	RESULT	
	MANUFACT APPLICATION	URER/MODEL		Cas	ework with sink		
	BASE UNIT			Che	mical Resistant Steel, der Coated Epoxy Paint, or other material Specify		
	STEEL GAU	JGE SIZE APPROX		20-g	gauge		
	TOP			Core	ean or Top Stone Specify		
	THICKNESS	S OF TOP SURFACE		25 –	- 30 mm		
	SINK				, Single Bowl chemical stant, with drain strainer		
	SINK DIMEN	NSION IN MILLIMETER		450 appr	(L) x 360 (W) x 180 (D) roximately		
	HOT & COL	D FAUCET			, stainless steel, chemical stant, single faucet with long ut		
	CABINET			Yes			
	DRAWER			Und	er counter		
	DRAWER S	LIDES		Hea	vy duty telescopic		
	DOOR HING	GES		Yes, oper	, heavy duty with 180° ning		
	HANDLES			Chro spec	ome plated / stainless steel, cify		
	DIMENSION	N		mus dime of vi Hosj ensu	per site requirement (Supplier it visit site to provide correct ension, and submit certificate sit signed by respective MOH pital authority with the offer to are correct dimention of ework will be supplied)		
_	OTHER SPE	ECIFICATION			·		

THE BIDDER MUST COMPLY WITH ALL ABOVE SPECS. AND MUST FILL HIS OFFER IN THE "OFFERED "COLUMN THEN STAMP AND SIGN THE SHEET.

يلتزم مقدم العطاء بكافة المواصفات الفنية الموضحة أعلاه كما يلتزم بتعبئة عرضه المقدم على أوراق المواصفة بالخانة الموضحة مع ختمها وتوقيعها

<u>02/Aug/2016 11:40 AM</u> Page 1 of 1