

المملكة العربية السعودية وزارة الصحة إدارة التجهيزات الطبية إدارة المواصفات والتطوير

## TECHNICAL & PERFORMANCE SPECIFICATION FOR MEDICAL EQUIPMENTS

التجهيزات الطبية مراكز الرعاية الصحية						
بة الصحية	مراكز الرعاي					
Item Code		4455260010003				PHC007
ITEM DE	SCRIPTION	AED SYSTEM WITH CART	-		جهاز إنعاش مع عربة	اسم البند
	MODE	L OFFERE	l MANU	IEACTURER	COUNTRY	- ODIOIN
	MODE	EL OFFERED	WANG	JFACTURER	COUNTRY O	FURIGIN
#	TECHNICAL	PARAMETERS		SI	PECIFIED	RESULT
1	TYPE				utomatic External Defibrillator ED)	
2	Cart			ye	•	
3	Waveform				phasic	
4	Defibrillator Charge Hold Time				ot less than 20 sec	
5	Energy Selecion				20, 150, 200 J Adult - 50, 75, 5J Pediatric	
6	Charge Time				ss than 10 sec	
7	Electrode with CPR sensor				refereed	
8	Automatic self test				es	
9	Defibrillator advisory				es	
10	Languages				abic or English	
11	Patient Impedance				- 300 Ohms	
12	Display					
13	Display Format			LC	CD with CPR Feedback	
14	Depth Display				es	
15	Size			nc	ot less than 4"	
16	ECG Viewing Time			sp	pecify	
17	Display sweep speed			20	or 25 mm/sec	
18	Battery					
19	Capacity			30 m	00 shock or 13 hours ECG onitoring	
20	Low Battery indication			no	ot less than 30 discharge	
21	shelf life			5 :	years	
22	Electrodes					
23	Adult with CPR sensor			Ye	es	
24	Pediatric		Ye	es		
25	Shelf life		≥ '	18 month		
26	General					
27	Size (HxWxD) cm		·	pecify		
28	Weight KG			ss than 4KGs		
29	Ingress Protection (IP)				ater and dust proof, specify	
30	Carry Case				oft carry case	
31	Accessories OTHER SPECIFICATIONS				I needs (itimized)	
32	OTHER SPE	CIFICATIONS		F	DA, CE, ISO approved	

THE BIDDER MUST COMPLY WITH ALL ABOVE SPECS. AND MUST FILL HIS OFFER IN THE "OFFERED "COLUMN THEN STAMP AND SIGN THE SHEET.

يلتزم مقدم العطاء بكافة المواصفات الفنية الموضحة أعلاه كما يلتزم بتعبئــة عرضه المقدم على أوراق المواصفة بالخانة الموضحة مع ختمها وتوقيعها

<u>02/Aug/2016 11:29 AM</u> Page 1 of 2

Kingdom of Saudi Arabia Ministry Of Health General Directorate of Equipment Supplies Department Of Specs. & Development



المملكة العربية السعودية وزارة الصحة إدارة التجهيزات الطبية إدارة المواصفات والتطوير

## **TECHNICAL & PERFORMANCE SPECIFICATION FOR MEDICAL EQUIPMENTS**

THE BIDDER MUST COMPLY WITH ALL ABOVE SPECS. AND MUST FILL HIS OFFER IN THE "OFFERED "COLUMN THEN STAMP AND SIGN THE SHEET.

يِلتَزم مقدم العطاء بكافة المواصفات الفنية الموضحة أعلاه كما يِلتَزم بتَعبُّــة عرضه المقدم على أوراق المواصفة بالخانة الموضحة مع ختمها وتوقيعها

<u>02/Aug/2016 11:29 AM</u> Page 2 of 2