

المملكة العربية السعودية وزارة الصحة إدارة التجهيزات الطبية إدارة المواصفات والتطوير

TECHNICAL & PERFORMANCE SPECIFICATION FOR MEDICAL EQUIPMENTS

ات الطبية	التجهيزا							
ة الصحية	مراكز الرعايا							
Ite	m Code	4455260060006				GI	ROUP# PHC025	
ITEM D	ESCRIPTION	BLOOD CELL COUNTER - 18	PARAMETERS			جهاز عد دم - 18 قناة	اسم البند	
	MODE	EL OFFERED	MA	ANUFACTURER		COUNTRY OF	ORIGIN	
#	TECHNICAL PARAMETERS				SPECIFIED RESULT			
1	FDA APPRO			Yes, (Provid	de copy with offer)			
2	METHOD			Volumetric i	impedance			
3	PARAMETE	RS			Hct, MCV, N PIT, MPV, L	B, WBC, RBC, Hgb, MCH, MCHC, RDW, L %, L #, M %, M #, G part differential counts		
4	COUNTS/DI	LUTION						
5	SAMPLE VC	DLUME, micro liter		10 -20, micro liter				
6	DILUTION			Automatic	Automatic			
7	APERTURE							
8	Number							
9	Size(s), um				78, 100 um			
10	CYCLE TIME	E, sec			60			
11	START-UP 1	ΓΙΜΕ, min						
12	SAMPLES/H	IOUR						
13	COINCIDEN	ICE CORRECT		Yes				
14	VISUAL OUTPUT				LCD backlig	LCD backlight, graphic display		
15	PATIENT ID	PATIENT ID SYSTEM			Yes			
16	COMPUTER	COMPUTER INTERFACE				? RS232		
17	HISTOGRAM	HISTOGRAM DISPLAY			Yes, on Prir	nter		
18	DATA STORAGE			Up to 200 fi	iles			
19	QC PROGRAMS				3 levels			
20	ALERT INDI	CATORS			Diagnostic i	reagent distribution		
21	CALIBRATIO	N		Automatic a	and manual			
22	REGULATO	RY COMPLIANCES			ISO, FDA, ((Specify in a	CE, or Others. offer).		

THE BIDDER MUST COMPLY WITH ALL ABOVE SPECS. AND MUST FILL HIS OFFER IN THE "OFFERED "COLUMN THEN STAMP AND SIGN THE SHEET.

يلتزم مقدم العطاء بكافة المواصفات الفنية الموضحة أعلاه كما يلتزم بتعبئــة عرضه المقدم على أوراق المواصفة بالخانة الموضحة مع ختمها وتوقيعها

<u>02/Aug/2016 11:40 AM</u> Page 1 of 2

Kingdom of Saudi Arabia Ministry Of Health General Directorate of Equipment Supplies Department Of Specs. & Development



المملكة العربية السعودية وزارة الصحة إدارة التجهيزات الطبية إدارة المواصفات والتطوير

TECHNICAL & PERFORMANCE SPECIFICATION FOR MEDICAL EQUIPMENTS

#	TECHNICAL PARAMETERS	SPECIFIED RESULT
23	SAFETY STANDARD	UL, IEC, CSA or other international Standard, (Specify in offer).
24	ACCESSORIES	All standard Accessories, [Specify in offer]
25	POWER SUPPLY	
26	VOLTAGE	220V, max. 15A, 1 Phase
27	FREQUENCY	60Hz
28	POWER CORD	3Pin BT, 1-2 Meter Length
29	OTHER SPECIFICATIONS	Fully automated, open system, Reagents control & solution required should be compatible with reagents control & solution available in MOH Medical Supply Store.3. Reagent required for three months supply for 50 ? 60 samples per day should be supplied □ ∨ dz □ □

THE BIDDER MUST COMPLY WITH ALL ABOVE SPECS. AND MUST FILL HIS OFFER IN THE "OFFERED "COLUMN THEN STAMP AND SIGN THE SHEET.

يِلْتَرْم مقدم العطاء بكافة المواصفات الفنية الموضحة أعلاه كما يِلْتَرْم بتَعبُّــة عرضه المقدم على أوراق المواصفة بالخانة الموضحة مع ختمها وتوقيعها

02/Aug/2016 11:40 AM Page 2 of 2