

المملكة العربية السعودية وزارة الصحة إدارة التجهيزات الطبية إدارة المواصفات والتطوير

TECHNICAL & PERFORMANCE SPECIFICATION FOR MEDICAL EQUIPMENTS

التجهيزات الطبية مراكز الرعاية الصحية								
بة الصحية	مراكز الرعاي							
					_			
Iter	n Code	4455260010001				PHC005		
ITEM DE	SCRIPTION	12 LEAD ECG			جهاز تخطيط قلب12 قناة	اسم البند		
				1				
	MODE	L OFFERED	MAN	UFACTURER	COUNTRY O	F ORIGIN		
#	TECHNICAL	PARAMETERS		S	PECIFIED	RESULT		
1	CONFIGURA	ATION		N	lobile			
1	Cart			Υ	'es			
1	LEADS							
1	Lead switchir	ng		A	utomatic/Manual			
1	Sensitivity, m	ım/mV		5	, 10, 20., other specify.			
1	Calibration si	gnal		A	utomatic			
1	FREQUENC	Y RANGE, HZ						
1	Diagnostic			0	.05-150			
1	Filtered				lotch, EMG, Baseline, Wander, Iters			
1	INPUT IMPE	DANCE,						
1	Mega ohms			O	ne hundred			
1	CMRR @ 60	Hz, dB		1	00-140 approx			
1	Leads-off ind	icator		Υ	'es			
1	RECORDER							
1	Channels			t	welve			
1	Recording			Υ	ES A4 PAPER			
1	Lead marker			A	utomatic			
1	Timing marke	er		Υ	es			
1	Event marker	ī		Υ	'es			
1	Chart speed,	mm/sec		5	, 10, 25, 50.			
1	LCD MONITO	OR 10 OR MORE		Υ	es ADJSTABLE			
1	No. of traces	3		3	, 6, 12			
1	PREVIEW SO	CREEN		Υ	'es			
1	No. Waveform	ns stored		N	lin. 30			
1	ECG transmi	ssion		Υ	'es			
1	ECG measur	ements		Υ	'es			
1	Auxiliary outp	out		Y	'es			
1	Auxiliary inpu			Υ	'es			
1	SINGLE AVE	REGING		Υ	'SE			
1	Overload pro				'es			
1	BATTERY O	PERATION		Υ	'es			
1	Battery type				Built in rechargeable			
1	Operating tim			S	Specify			
1	ACCESSORI	ES		A	Il standard accessories			

THE BIDDER MUST COMPLY WITH ALL ABOVE SPECS. AND MUST FILL HIS OFFER IN THE "OFFERED "COLUMN THEN STAMP AND SIGN THE SHEET.

يلتزم مقدم العطاء بكافة المواصفات الفنية الموضحة أعلاه كما يلتزم بتعبئـة عرضه المقدم على أوراق المواصفة بالخانة الموضحة مع ختمها وتوقيعها

<u>02/Aug/2016 11:29 AM</u> Page 1 of 2

Kingdom of Saudi Arabia Ministry Of Health General Directorate of Equipment Supplies Department Of Specs. & Development



المملكة العربية السعودية وزارة الصحة إدارة التجهيزات الطبية إدارة المواصفات والتطوير

TECHNICAL & PERFORMANCE SPECIFICATION FOR MEDICAL EQUIPMENTS

#	TECHNICAL PARAMETERS	SPECIFIED	RESULT
1 F	PRINTER	Built-in	
1 /	A4 paper	Yes	
1 5	SAFTY AND PERFORMANCE	IEC 60601-2-51	
1 F	POWER REQUIREMENTS	220V, 60Hz	
1		Spare patient cable, chest electrodes, clamp electrodes for limb leads.FDA, CE, ISO, Approved. HL7	

THE BIDDER MUST COMPLY WITH ALL ABOVE SPECS. AND MUST FILL HIS OFFER IN THE "OFFERED "COLUMN THEN STAMP AND SIGN THE SHEET.

لِلنَرْم مقدم العطاء بكافة المواصفات الفنية الموضحة أعلاه كما يلتزم بتَعبُّــة عرضه المقدم على أوراق المواصفة بالخانة الموضحة مع ختمها وتوقيعها

<u>02/Aug/2016 11:29 AM</u> Page 2 of 2