Kingdom of Saudi Arabia Ministry Of Health General Directorate of Equipment Supplies Department Of Specs. & Development



المملكة العربية السعودية وزارة الصحة إدارة التجهيزات الطبية إدارة المواصفات والتطوير

TECHNICAL & PERFORMANCE SPECIFICATION FOR MEDICAL EQUIPMENTS

ŀ	التجهيزات مراكز الرعاية tem Code 4455260080003		GROUP# PHC0			
ITEM DESCRIPTION COUNTER - TABLET		جهاز عد اقراص		سم البند		
MODEL OFFERED		MANUFACTURER		COUNTRY OF ORIGIN		
	TECHNICAL PARAMETERS		SPE	CIFIED	RESULT	
	Dimensions			'H x 12.3"D x 6.2"W (32.5cm 2cm x 15.7cm)		
	Weight		< (6	< (6kg)		
	Power		220V, 60Hz			
	Throughput	15-18 tablets/second				
	Maximum Tablet Size			0.86" long (22mm) and 0.74" wide (19mm)		
	Minimum tablet size			0.125" diameter (3.175mm)		
	Inventory Mode			Ideal for large counts; maintains the count while the tray is being emptied		
	Count Capacity			Up to 9,999		
	Tray Capacity			c, holds approximately 0 tablets of ibuprofen 200mg		

THE BIDDER MUST COMPLY WITH ALL ABOVE SPECS. AND MUST FILL HIS OFFER IN THE "OFFERED "COLUMN THEN STAMP AND SIGN THE SHEET.

يلتزم مقدم العطاء بكافة المواصفات الفنية الموضحة أعلاه كما يلتزم بتعبئــة عرضه المقدم على أوراق المواصفة بالخانة الموضحة مع ختمها وتوقيعها

<u>02/Aug/2016 11:43 AM</u> Page 1 of 1