Kingdom of Saudi Arabia Ministry Of Health General Directorate of Equipment Supplies Department Of Specs. & Development



المملكة العربية السعودية وزارة الصحة إدارة التجهيزات الطبية إدارة المواصفات والتطوير

TECHNICAL & PERFORMANCE SPECIFICATION FOR MEDICAL EQUIPMENTS

، الطبيا الصحيا	التجهيزات مراكز الرعاية					
ŀ	tem Code 4	455260040004				GROUP # PHC031
TEM DESCRIPTION CABINET - DENTAL MOBILE		LE	 غزانة أسنان متحركة 		اسم البند خزانة أسنار	
MODEL OFFERED		MAN	MANUFACTURER		COUNTRY OF ORIGIN	
	TECHNICAL PARAMETERS				SPECIFIED	RESULT
	Should be constructed from metal, finish in polymer paint which is resistant to organic solvent especially alcohol-based.			Yes		
	NUMBERS OF DRAWERS			4 TO 6		
	INSTRUMENT TRAYS RUNNING ON ROLLERS FOR EASY OPEN & CLOSE				Yes	
	CONSTRUCTION MATERIAL				Metal non-corrosive	
	OTHER SPECIFICATIONS				Dental Cabinets Should Be Supplied With All Necessary Plumbing Fittings, Valves and accessories.	

THE BIDDER MUST COMPLY WITH ALL ABOVE SPECS. AND MUST FILL HIS OFFER IN THE "OFFERED "COLUMN THEN STAMP AND SIGN THE SHEET.

يِلتَزم مقدم العطاء بكافة المواصفات الفنية الموضحة أعلاه كما يِلتَزم بتَعبُّــة عرضه المقدم على أوراق المواصفة بالخانة الموضحة مع ختمها وتوقيعها

<u>02/Aug/2016 11:37 AM</u> Page 1 of 1