Kingdom of Saudi Arabia Ministry Of Health General Directorate of Equipment Supplies Department Of Specs. & Development



المملكة العربية السعودية وزارة الصحة إدارة التجهيزات الطبية إدارة المواصفات والتطوير

## **TECHNICAL & PERFORMANCE SPECIFICATION FOR MEDICAL EQUIPMENTS**

لصحي	التجهيزات مراكز الرعاية ا					
I	Item Code	4455260010015				PHC039
ITEM	DESCRIPTION	CABINET - STORAGE - INSTR	RUMENT		كابينة تخزين ألات جراحية	اسم البند
	MODEL OFFERED		MAN	MANUFACTURER COU		F ORIGIN
	TECHNICAL PARAMETERS		s		CIFIED	RESULT
	Material			304	stainless stee	
	Width			120	cm	
	Depth			(40 c	cm)	
	Height			(200	cm)	
Adjustable Shelves				5 GI	ass	
	Shelves					
	Full-View Doors for Complete Visual Inspection					
	Hinged Solid Stainless Steel Doors			Yes		
	Castor with breaks			Yes		

THE BIDDER MUST COMPLY WITH ALL ABOVE SPECS, AND MUST FILL HIS OFFER IN THE "OFFERED "COLUMN THEN STAMP AND SIGN THE SHEET.

يلتزم مقدم العطاء بكافة المواصفات الفنية الموضحة أعلاه كما يلتزم بتعبئــة عرضه المقدم على أوراق المواصفة بالخانة الموضحة مع ختمها وتوقيعها

<u>02/Aug/2016 11:30 AM</u> Page 1 of 1