

TECHNICAL & PERFORMANCE SPECIFICATION FOR MEDICAL EQUIPMENTS

التجهيزات الطبية

مراكز الرعاية الصحية

Item Code	4455260040005	GROUP #	PHC076
ITEM DESCRIPTION	DENTAL POLISHING UNIT	اسم البند	جهاز تلميع الأسنان

MODEL OFFERED	MANUFACTURER	COUNTRY OF ORIGIN

#	TECHNICAL PARAMETERS	SPECIFIED	RESULT
1	APPLICATION	Dental Lab use	
1	TANK CAPACITY	2 to 3 Liters	
1	TYPE	Extra polar, Automatic current control with 3to % steps power settings	
1	CIRCUIT BREAKER	Yes	
1	TIMER	Yes	
1	CONTROL PANEL WITH DISPLAY	Digital/ LED, Specify	
1	REGULATORY COMPLIANCES	ISO, FDA, CE, or Others. (Specify in offer).	
1	SAFETY STANDARD	UL, IEC, CSA or other international Standard,	
1	ACCESSORIES	Yes, All Standard accessories including polishing liquids to make the unit fully functional & immediate use (Provide list with offer)	
1	OTHER SPECIFICATIONS		
1	DENTAL APPLICATIONS	Yes,specify	
1	INDICATOR FOR CHANGING SOLUTION IN POLISHING BATH	Yes	
1	PORTABLE	Yes	
1	POWER SUPPLY		
1	Voltage	220V, max. 15A, 1 Phase	
1	Frequency	60Hz	

THE BIDDER MUST COMPLY WITH ALL ABOVE SPECS. AND MUST FILL HIS OFFER IN THE "OFFERED "COLUMN THEN STAMP AND SIGN THE SHEET.



يلتزم مقدم العطاء بكافة المواصفات الفنية الموضحة أعلاه كما يلتزم بتقديم عرضة المقدم على أوراق المواصفة بالخانة الموضحة مع ختمها وتوقيعها