维生素 B12 校准品说明书

【产品名称】

通用名称：维生素B12校准品

英文名称：Access® Vitamin B12 Calibrators

【包装规格】

校准品0 (S0)–校准品5 (S5)，4.0 mL/瓶

【预期用途】

本产品用于维生素B12项目检测时的校准。

Access维生素B12校准品用于校准Access 维生素B12测定，以通过使用Access免疫测定系统定量测定人血清和血浆（肝素）的维生素B12水平。

【检验原理】

定量测定的校准是一个如同测试病人样本那样，对已知分析物浓度的样本（如，测定的校准品)进行测试以计算其反应值的过程。测得的反应值与已知分析物浓度之间的数学关系，可用于确立校准曲线。此数学关系，或校准曲线，用于将病人样本的RLU (光量子值) 计算值转换为特定的定量分析物浓度。

【主要组成成分】

校准品0 (S0):	缓冲基质含人血清白蛋白(HSA)、< 0.1% 叠氮钠和 0.25% ProClin 300 。含有0.0 pg/mL(pmol/L) 纯化氰钴胺(Vitamin B12)。
校准品1 (S1), 校准品2 (S2), 校准品3 (S3), 校准品4 (S4), 校准品5 (S5):	纯化氰钴胺(Vitamin B12)的水平大约分别为100、250 、500 、900 和1500 pg/mL (74、184 、369 、664 和1107 pmol/L)在缓冲基质中含人血清白蛋白(HSA)、< 0.1% 叠氮钠和0.25% ProClin 300 。
校准卡：	1

溯源性

Access 维生素B12校准品内的分析物，可溯源至生产商工作用校准品，其由纯化的氰钴胺(Vitamin B12) 进行制备，而值是由分光谱测量决定的。溯源性建立过程是按EN ISO 17511 进行的。

使用这一批次校准品中具有代表性的样本，建立指定的值，该值对于Access试剂的测定方法是特定的。使用其它方法确定的值可能会存在差异。若此差异存在，可能是不同方法之间的偏倚造成的。

【储存条件及有效期】

- 2-10℃保存，有效期12个月。
- 2 到10℃冷藏保存且竖直存放。
- 在2 到 10℃环境下保存时，稳定期可持续12个月。
- 生产日期和失效日期详见标签。

【适用仪器】

Access、Access2、Unicel Dxi600 Access和Unicel Dxi800 Access免疫分析系统

【检验方法】

1. 参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关校准原理、设置校准品系列、校准品测试申请的输入和评论校准数据的信息。
2. 使用前轻轻倒转，混匀成份。防止形成气泡。
3. Access 维生素B12校准品提供的是6 种浓度 ：零和大约100、250、500、900 和1500 pg/mL，是由纯化氰钴胺 (Vitamin B12) 和缓冲基质用重量法制备的。测定校准数据的有效期长达21天。
4. 校准品的测定应做双份。
5. 参见校准卡以获取准确的浓度信息。

【检验方法的局限性】

与Access免疫测定系统及配套试剂使用。

试剂内如有微生物污染的迹象或显著浑浊，应弃去。

【注意事项】

- 供体外诊断使用。
- 经过测试发现用于制备试剂的人源性材料，对于乙型肝炎，丙型肝炎(HCV)，和人体免疫缺陷病毒(HIV-1 和HIV-2)，均显示为阴性或无反应。由于任何已知的测试方法均无法完全确保不存在感染性物质，因此处理试剂与病人样本时均视其具有传染疾病的可能。[5]
- 叠氮钠可能会与铅以及铜制的管件发生反应，形成具有高危爆炸性的金属叠氮物。在倾弃这种液体时，应以大量的水进行冲洗，防止叠氮物的集结。[6]
- Xi. 刺激物：0.25% ProClin 300。

R 43：如接触皮肤可引起致敏作用。

S 28-37：接触到皮肤后应立即用大量肥皂和水冲洗。应戴适用的手套。

- 材料安全数据资料(MSDS) 可按需索取。
- 可能存在变质情况的表现为质控值超出范围。

【标识的解释】

制造商

欧盟授权代表

生产日期

批次代码

产品编号

温度极限

温度上限

温度下限

体外诊断医疗器械

警告

阴性对照

阳性对照

有效期

生物风险

含量足够测试<n>次

查阅使用说明

怕晒

【参考文献】

1 Nelson DA and Davey FR. Erythrocytic disorders. In Clinical diagnosis and management by laboratory methods, 1991; 627-635. Edited by Henry JB, Philadelphia: W.B. Saunders Company.

2 Chanarin I. Megaloblastic anæmia. Cobalamin and folate. J. Clin. Pathol. 1987; 40: 978-984.

3 Hoffbrand AV. Vitamin B12 and folate metabolism: the megaloblastic anæmias and other nutritional anæmias. In Blood and its disorders, 1982; 199-263. Edited by Hardistry RM and Weatherall DJ, Philadelphia: Blackwell Scientific Publications.

4 Herbert V. Folic acid and Vitamin B12. In Modern nutrition in health and disease, 1973; 221-244. Edited by Goodhart RS and Shils ME, Philadelphia: Lea and Febiger.

5 HHS Publication, 4th ed., May 1999. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. Available http://www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/bmbl4/bmbl4toc.htm

6 DHHS (NIOSH) Publication No. 78-127, August 1976. Current Intelligence Bulletin 13 - Explosive Azide Hazard. Available http://www.cdc.gov/niosh.

7 Approved Guideline – Procedures for the handling and processing of blood specimens, H18-A2. 1999. National Committee for Clinical Laboratory Standards.

8 Cembrowski GS, Carey RN. Laboratory quality management: QC QA. ASCP Press, Chicago, IL, 1989.

9 Kricka, L. Interferences in immunoassays – still a threat. Clin Chem 2000; 46: 1037.

10 Bjerner J, et al. Immunometric assay interference: incidence and prevention. Clin Chem 2002; 48: 613–621.

11 Tentative Guideline – User evaluation of precision performance of clinical chemistry devices, EP5-T. 1984. National Committee for Clinical Laboratory Standards, 4: No. 8.

12 Krouwer JS, Rabinowitz R. How to improve estimates of imprecision. Clinical Chemistry, 1984; 30: 290-292.

【基本信息】

注册人/生产企业企业名称：Beckman Coulter, Inc. 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司

住所：250 South Kraemer Blvd., Brea, CA 92821, USA

地址：1000 Lake Hazeltine Drive, Chaska, MN 55318-1084, USA

联系方式：001-800-742-2345

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：021-38651000, 4008855355

代理人名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区峨山路91弄98号3层01单元

联系方式：021-38651000, 4008855355

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

国械注进 20152403256

【说明书核准及修改日期】

2020-03-02

2020-11-27

2022-06-30