孕酮校准品说明书

【产品名称】

通用名称：孕酮校准品

英文名称：Access® Progesterone Calibrators

【包装规格】

校准品0（S0），4.0 mL/ 瓶；校准品1（S1）–校准品5（S5），2.5 mL/ 瓶；校准卡片：1个

【预期用途】

Access孕酮校准品用于校准Access 孕酮测定，以通过使用Access免疫测定系统定量测定人血清的孕酮水平。S0可用于样本稀释。

【检验原理】

定量测定的校准是一个如同测试病人样本那样，对已知分析物浓度的样本（如，测定的校准品)进行测试以计算其反应值的过程。测得的反应值与已知分析物浓度之间的数学关系，可用于确立校准曲线。此数学关系，或校准曲线，用于将病人样本的RLU（光量子值）计算值转换为特定的定量分析物浓度。

【主要组成成分】

校准品0（S0）:	人血清、< 0.1% 叠氮钠和0.025% Cosmocil** CQ 。含0.0 ng/mL (nmol/L) 孕酮。
校准品1（S1）， 校准品2（S2）， 校准品3（S3）， 校准品4（S4）， 校准品5（S5）:	在人血清中，水平分别大约为1.0 、4.0、10.0 、20.0 和40.0 ng/mL (3.18 、12.72 、31.80 、63.60 和127.20 nmol/L) 的孕酮(纯化的化学化合物)，含<0.1% 叠氮钠和0.025% Cosmocil CQ 。
校准卡:	1

溯源性

Access 孕酮校准品内的分析物，可溯源至USP 参考品。 溯源性的建立过程是按EN ISO 17511 进行的。

使用这一批次校准品中具有代表性的样本建立指定的值，该值对于Access 试剂的测定方法是特定的。使用其它方法确定的值可能会存在差异。若此差异存在，可能是不同方法之间的偏倚造成的。

【储存条件及有效期】

• -20℃环境下保存。

- 在-20℃环境下保存时，稳定期可持续12个月。
- 解冻后，校准品在2 至10℃环境下的稳定期可持续3个月。
- 生产日期、失效日期见标签。

【适用仪器】

Access、Access 2、Unicel DxI 600 Access和Unicel DxI 800 Access 免疫分析系统

【检验方法】

1. 参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关校准原理、设置校准品系列、校准品测试申请的输入和评论校准数据的信息。
2. 使用前轻轻倒转，混匀成份。防止形成气泡。
3. Access 孕酮校准品提供的是6 种浓度：零和大约1.0、4.0、10.0、20.0 以及40.0 ng/mL，是由合成的孕酮和人血清用重量法制备的。测定校准数据的有效期长达28 天。
4. 使用四倍的Access Progesterone Calibrator S0校准品，三倍的S1 校准品，以及两倍的S2-S5校准品进行测试。
5. 参见校准卡以获取准确的浓度信息。

【检验方法的局限性】

与Access免疫测定系统及配套试剂使用。

试剂内如有微生物污染的迹象或显著浑浊，应弃去。

【注意事项】

- 供体外诊断使用。
- 经过测试发现用于制备试剂的人源性材料，对于乙型肝炎，丙型肝炎(HCV) 和人体免疫缺陷病毒(HIV-1 和HIV-2) 抗体，均显示为无反应。由于任何已知的测试方法均无法完全确保不存在感染性物质，因此处理试剂与病人样本时均视其具有传染疾病的可能。[17]
- 经过测试发现用于制备该产品的每种血清/ 血浆池，均对纤维蛋白原表现为阴性。
- 叠氮钠可能会与铅以及铜制的管件发生反应，形成具有高危爆炸性的金属叠氮物。在倾弃这种液体时，应以大量的水进行冲洗，防止叠氮物的集结。[9]
- 材料安全数据资料(MSDS) 可按需索取。
- 可能存在变质情况的表现为质控值超出范围。

【标识的解释】

制造商

欧盟授权代表

生产日期

批次代码

产品编号

温度极限

温度上限

温度下限

体外诊断医疗器械

警告

阴性对照

阳性对照

有效期

生物风险

含量足够测试<n>次

查阅使用说明

怕晒

【参考文献】

1 Meyers FH, Jawetz E, Goldfien A. Review of Medical Pharmacology, 6th Edition 1978; 38: 402-403.

2 Wintrobe M.M., et al. Principles of Internal Medicine, 7th Edition 1974; 92: 577.

3 Felig P, Baxter JD, Broadus AE, Erohan LA. Endocrinology and Metabolism, 2nd Edition 1986; 4: 516, 538.

4 Westphal U, Stroupe SD, Cheng, SL. Biochemical actions of progesterone and progestins: progesterone binding–serum proteins. Annals of the New York Academy of Sciences 1977; 286: 10.

5 Carson SA, Buster JE. Ectopic Pregnancy. New Engl J of Med 1993; Vol 329, no. 16: 1174-1181.

6 Frtiz F, Klopper A. Endocrinology of Pregnancy, 2nd Edition 1977; 6: 99-122.

7 Wilson JD, Foster DW. Textbook of Endocrinology, 8th Edition 1992; 759, 780.

8 Gerhard I, Runnebaum B. Hormone load tests in the first half of pregnancy - a diagnostic and therapeutic approach. Biological Research in Pregnancy 1984; Vol 5, No. 4: 157-173.

9 DHHS (NIOSH) Publication No. 78-127, August 1976. Current Intelligence Bulletin 13 - Explosive Azide Hazard. Available http://www.cdc.gov/niosh.

10 Wild D. The Immunoassay Handbook 1994; 249-250.

11 Approved Guideline – Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens, H18-A2. 1999. National Committee for Clinical Laboratory Standards.

12 Cembrowski GS, Carey RN. Laboratory quality management: QC & QA. ASCP Press, Chicago, IL, 1989.

13 Kricka, L. Interferences in immunoassays – still a threat. Clin Chem 2000; 46: 1037.

14 Bjerner J, et al. Immunometric assay interference: incidence and prevention. Clin Chem 2002; 48: 613–621.

15 Tentative Guideline – User evaluation of precision performance of clinical chemistry devices, EP5-T. 1984. National Committee for Clinical Laboratory Standards, 4, N8.

16 Krouwer JS, Rabinowitz R. How to improve estimates of imprecision. Clinical Chemistry 1984; 30: 290-292.
17 HHS Publication, 4th ed., May 1999. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. Available http://www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/bmbl4/bmbl4toc.htm

【基本信息】

注册人/生产企业名称：Beckman Coulter, Inc. 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司

住所： 250 South Kraemer Blvd. Brea, CA 92821, USA

生产地址：1000 Lake Hazeltine Drive Chaska MN 55318-1084, USA

联系方式：001-800-742-2345

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：021-38651000, 4008855355

代理人名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 98 号 3 层 01 单元

联系方式：021-38651000, 4008855355

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

国械注进 20152402818

【说明书核准日期及修改日期】

2019-12-23
2020-11-28
2022-06-30