总甲状腺素校准品说明书

【产品名称】

通用名称：总甲状腺素校准品

英文名称：Access Total T4 Calibrators

【包装规格】

校准品0（S0）–校准品5（S5）, 4.0 mL/ 瓶/水平

【预期用途】

本产品用于总甲状腺素项目的校准。

用于校准Access总甲状腺素（Access Total T4）测定，以通过使用Access免疫测定系统定量测定人血清和血浆中的总甲状腺素（T4）水平。

【检验原理】

定量测定的校准是一个如同测试病人样本那样，对已知分析物浓度的样本（如，测定的校准品）进行测试以计算其反应值的过程。测得的反应值与已知分析物浓度之间的数学关系，可用于确立校准曲线。此数学关系，或校准曲线，用于将病人样本的RLU（光量子值）测定值转换为特定的定量分析物浓度。

【主要组成成分】

校准品0（S0）:	含有< 0.1% 叠氮钠和0.5% ProClin 300的人血清。含0.0 µg/dL（nmol/L）的甲状腺素。
校准品1（S1）, 校准品2（S2）, 校准品3（S3）, 校准品4（S4）, 校准品5（S5）:	人血清（含有< 0.1% 叠氮钠和0.5% ProClin 300）中水平大约分别为2.0、4.0、8.0、16.0和30.0 µg/dL（26、51、103、206以及386 nmol/L）的甲状腺素。
校准卡	1

溯源性

Access总甲状腺素校准品内的分析物，可溯源至USP左旋甲状腺素参考材料。溯源性的建立过程是按EN ISO 17511进行的。

使用这一批次校准品中具有代表性的样本建立指定的值，该值对于Access 试剂的测定方法是特定的。使用其它方法确定的值可能会存在差异。若此差异存在，可能是不同方法之间的偏倚造成的。

【储存条件及有效期】

- 在-15℃或更低的温度下储存，有效期为 6 个月。
- 即用型，在-15℃或更低的温度下储存可稳定 6 个月。

- 开瓶稳定性：解冻后，校准品在 2-10℃可稳定 6 个小时。每次使用后将校准品储存在-15℃或更低的温度下。
- 冻融不得超过 5 次。
- 质控值超出范围是变质的迹象。
- 生产日期和失效日期详见标签。

【适用仪器】

Access、Access 2、Unicel DxI 600 Access和Unicel DxI 800 Access 免疫分析系统

【检验方法】

1. 参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关校准原理、设置校准品系列、校准品测试申请输入和评论校准数据的信息。
2. 在室温下解冻并在使用前轻轻倒转，混匀成分。防止形成气泡。
3. Access 总甲状腺素校准品提供的是6种浓度：零和大约2.0、4.0、8.0、16.0和30.0 µg/dL，由晶体甲状腺素及人血清进行制备。测定校准数据的有效期长达21天。校准品的测定应做双份。
4. 参见校准卡以获取准确的浓度信息。

【检验方法的局限性】

与Access免疫测定系统及配套试剂使用。

试剂内如有微生物污染的迹象或显著浑浊，应弃去。

【注意事项】

- 供体外诊断使用。
- 经过测试发现用于制备试剂的人源性材料，对于乙型肝炎、丙型肝炎 (HCV)，和人体免疫缺陷病毒(HIV-1 和HIV-2) 抗体，均显示为无反应。由于任何已知的测试方法均无法完全确保不存在感染性物质，因此处理试剂与病人样本时均视其具有传染疾病的可能。[11]
- 经过测试发现用于制备该产品的每种血清/ 血浆库，均对纤维蛋白原表现为阴性。
- 叠氮钠可能会与铅以及铜制的管件发生反应，形成具有高危爆炸性的金属叠氮物。在倾弃这种液体时，应以大量的水进行冲洗，防止叠氮物的集结[3]。
- Xi. 刺激物： 0.5% ProClin 300。

R 43：如接触皮肤，可引起致敏作用。

S 28-37：接触到皮肤后应立即用大量肥皂和水冲洗。应戴适用的手套。

- 材料安全数据资料 (MSDS) 可按需索取。

【标识的解释】

制造商

EC REP
欧盟授权代表

生产日期

LOT
批次代码

REF
产品编号

温度极限

温度上限

温度下限

IVD
体外诊断医疗器械

警告

阴性对照

阳性对照

有效期

生物风险

含量足够测试<n>次

查阅使用说明

怕晒

【参考文献】

1 Gornall, AG, Luxton, AW, Bhavnani, BR. Endocrine disorders in applied biochemistry of clinical disorders, 305–318. Edited by Gornall, AG Philadelphia, PA: J B Lippincott Co, 1986.

2 White, GH, Recent advances in routine thyroid function testing, CRC – Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences, 24: 315-362: 1987.

3 DHHS (NIOSH) Publication No. 78-127, August 1976. Current Intelligence Bulletin 13 - Explosive Azide Hazard. Available http://www.cdc.gov/niosh.

4 Approved Guideline – Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens,H18-A3. 2004. Clinical and Laboratory Standards Institute.

5 Cembrowski GS, Carey RN. Laboratory quality management: QC QA. ASCP Press, Chicago, IL, 1989.

6 Kricka L. Interferences in immunoassays – still a threat. Clin Chem 2000; 46: 1037–1038.

7 Bjerner J, et al. Immunometric assay interference: incidence and prevention. Clin Chem 2002; 48: 613–621.

8 ACOG Practice Bulletin. Clinical management guidelines for obstetrician-gynecologists. Number 37, August 2002. (Replaces Practice Bulletin Number 32, November 2001). Thyroid disease in pregnancy. Obstet Gynecol. 2002 Aug; 100(2): 387-96.

9 Tentative Guideline–User evaluation of precision performance of clinical chemistry devices, EP5-T. 1984. National Committee for Clinical Laboratory Standards, 4(8).

10 Krouwer J.S., Rabinowitz R., How to improve estimates of imprecision, Clinical Chemistry, 30: 290–292: 1984

11 HHS Publication, 4th ed., April 1999. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. Available http://www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/bmbl4/bmbl4toc.htm

【基本信息】

注册人/生产企业名称: Beckman Coulter, Inc. 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
住所: 250 South Kraemer Blvd. Brea, CA 92821, USA
生产地址：1000 Lake Hazeltine Drive, Chaska, MN 55318-1084 USA
联系方式：001-800-742-2345
售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司
联系方式：021-38651000, 4008855355
代理人名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区峨山路91弄98号3层01单元
联系方式：021-38651000, 4008855355

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

国械注进 20152403584

【说明书核准及修改日期】

2020-02-14

2020-11-30

2022-06-30