促红细胞生成素校准品说明书

【产品名称】
通用名称：促红细胞生成素校准品
英文名称：Access EPO Calibrators

【包装规格】
校准品 0（S0）：10 mL/瓶，校准品 1（S1）：2.5 mL/瓶，
校准品 2（S2）：2.5 mL/瓶，校准品 3（S3）：2.5 mL/瓶，
校准品 4（S4）：2.5 mL/瓶，校准品 5（S5）：2.5 mL/瓶。

【预期用途】
本产品用于促红细胞生成素项目检测时的校准。
Access EPO Calibrators用于校准Access EPO测定，以通过使用Access免疫测定系统定量测定人血清和血浆(肝素)的EPO水平。

【检验原理】
定量测定的校准是一个如同测试病人样本那样，对已知分析物浓度的样本(如，测定的校准品)进行测试以计算其反应值的过程。测得的反应值与已知分析物浓度之间的数学关系，可用于确立校准曲线。此数学关系，或校准曲线，用于将病人样本的RLU（光量子值）测定值转换为特定的定量分析物浓度。

【主要组成成分】
校准品 0（S0）：牛血清白蛋白（BSA）缓冲基质、<0.1% 叠氮钠及 0.15% ProClin 300；
校准品 1（S1）、校准品 2（S2）、校准品 3（S3）、校准品 4（S4）、校准品 5（S5）：重组人促红细胞生成素（浓度约为 5、25、125、375 和 750 mIU/mL）、牛血清白蛋白（BSA）缓冲基质、< 0.1% 叠氮钠及 0.1% Omadine 钠；校准卡：1 张。

溯源性：Access EPO Calibrators内的分析物可溯源至WHO第二IRP (67/343)源自尿液形式的人红细胞生成素。溯源性的建立过程是按EN ISO 17511 进行的。使用这一批次校准品中具有代表性的样本，建立指定的值，该值对于Access试剂的测定方法是特定的。使用其它方法确定的值可能会存在差异。若此差异存在，可能是不同方法之间的偏倚造成的。

【储存条件及有效期】
在 2~10℃条件下保存，有效期为 24 个月。
2~10℃冷藏保存且竖直放置。
首次使用后，在 2~10℃环境下保存的稳定期可持续 90 天。
生产日期和失效日期见包装标签。

【适用仪器】
Access2、UniCel DxI 600 Access、UniCel DxI 800 Access。

【检验方法】
1. 参考相应的系统操作手册和/或帮助系统，获取有关校准原理、设置校准品系列、校准品测试申请的输入和评论校准数据的信息。
2. Access促红细胞生成素校准品提供的是6种浓度：零和大约5、25、 125、375以及750 mIU/mL。测定校准数据的有效期长达28天。校准品的测定应做双份。
3. 使用前轻轻倒转以混匀成份。防止形成气泡。

【检验方法的局限性】
与Access免疫测定系统及配套试剂使用。
试剂内如有微生物污染的迹象或显著浑浊，应弃去。

【注意事项】
供体外诊断使用。
按所描述的步骤进行操作，可使日常处理病人样本和血制品中所带来的风险降到最低。然而，无论这些产品的来源、处理方式或先前获得的证明，使用这些具有潜在传染性的物品均须按统一的注意事项和完善的临床实验室操作规范来进行。应使用合适的消毒剂来消除污染。遵循当地的操作规章和导则来保存并处理这些物品以及盛放这些物品的容器。
叠氮钠可能会与铅以及铜制的管件发生反应，形成具有高危爆炸性的金属叠氮物。在倾弃这种液体时，应以大量的水进行冲洗，防止叠氮物的集结。
ProClin 300 是一种潜在的皮肤致敏物。避免将此试剂倾泼或溅洒在皮肤以及衣物上。万一接触到此试剂，用肥皂和水充分地冲洗。
材料安全数据资料(MSDS)可按需索取。

【基本信息】
注册人/生产企业名称：Beckman Coulter, Inc. 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
住所：250 South Kraemer Blvd., Brea, CA 92821 USA
生产地址：1000 Lake Hazeltine Drive Chaska, MN 55318-1084, USA
联系方式：001-800-742-2345
售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司
联系方式：021-38651000, 4008855355
代理人名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 450 号 2703 室
联系方式：021-38651000, 4008855355
医疗器械注册证编号/产品技术要求编号：国械注进20182402697
说明书核准日期及修改日期：2018-12-27