高敏肌钙蛋白 I 校准品说明书

【产品名称】

通用名称：高敏肌钙蛋白I校准品

英文名称：Access hsTnI Calibrators

【包装规格】

校准品0（S0）- 校准品2（S2）：1.5 mL/瓶，校准品3（S3）- 校准品6（S6）：1 mL/瓶。

【预期用途】

本产品用于高敏肌钙蛋白I测定时的校准。

Access hsTnI 校准品在Access 免疫测定系统上用于校准Access hsTnI 测定，使该测定能够以高灵敏度定量检测人血清和血浆中的心肌肌钙蛋白I (cTnI) 水平。

【检验原理】

定量检测项目校准是将具有已知分析物浓度（即校准品）的样本像患者样本那样进行测试以测量其反应的过程。测量出的反应与已知分析物浓度之间的数学关系可确定校准曲线。使用该数学关系或校准曲线将患者样本的相对光单位(RLU) 测量值转换为具体的定量分析物浓度。

【主要组成成分】

S0：	牛血清白蛋白(BSA) 缓冲基质，含表面活性剂、< 0.1% 叠氮钠及0.1% ProClin 300。
S1,S2，S3，S4，S5，S6	在含有表面活性剂、<0.1% 叠氮化钠和0.1% ProClin 300 的牛血清白蛋白(BSA) 缓冲基质中cTnI 水平约为*30.7、144、567、2,293、9,280 和27,027 pg/mL 的重组肌钙蛋白复合物。
校准卡：	1

*成分中描述的浓度为目标浓度，每批校准品实际靶值以校准卡为准。

溯源性:

Access hsTnI 校准品中的分析物可溯源至制造商的工作校准品。溯源性流程依照EN ISO 17511执行。

赋值是通过使用某一批次校准品中具有代表性的样本所建立，该赋值对于Access试剂的测定方法是特定的。使用其它方法确定的赋值可能会存在差异。若此差异存在，可能是不同方法之间的偏倚造成的。

【储存条件及有效期】

•在-15℃至-30℃环境下冷冻保存，有效期12个月。

•即用型。

•竖直存放。

•接收后在-15℃至-30℃环境下冷冻保存。

•在室温下解冻。使用之前，轻轻倒转几次以便充分混合内容物。避免形成气泡。

•在-15 到-30° C 环境中储存时，稳定期可持续至标签上指明的有效期。

•首次使用后，在2 到10° C 环境下保存的稳定期可持续64 天。

•可能存在变质情况的表现为质控值超出范围。

•仅可解冻1次。

•参见校准卡以获取准确的浓度信息。

•生产日期和失效日期详见标签。

【适用仪器】

Access 2、UniCel DxI 800 免疫分析仪。

【检验方法】

1. 参考相应的系统操作手册和/或帮助系统，获取有关校准原理、设置校准品、校准品测试申请的输入和审核校准数据的信息。
2. **Access hsTnI 校准品 S0－S2 分在校准时需重复运行四次，校准品 S3－S6 重复运行两次。**

   Access hsTnI 校准品有 7 种水平可用－ 零以及 30.7、144、567、2,293、9,280 和 27,027 pg/mL (ng/L)。校准曲线有效期最长为 63 天。

【检验方法的局限性】

试剂内如有微生物污染的迹象或显著浑浊，请丢弃。

【注意事项】

- 供体外诊断使用。

- 病人样品和血源产品可能都经过了例行的方法处理以使其危险性最小化。然而，根据普遍预防措施和临床实验室管理规范，应把这些材料当做潜在的传染源对待，不论它们的来源，处理方式，或以往的证明。使用合适的消毒剂消毒。在储存和处理这些材料时，应当遵循所在地区的有关规章和制度。
- 关于产品危险分类，请参考以下部分：“活性成分”和“GHS 危险等级分类

反应成分

⚠注意

叠氮钠防腐剂可在金属下水管道中生成易爆化合物。见NIOSH Bulletin:Explosive Azide Hazard (8/16/76)（美国国家职业安全与卫生研究所公报：易爆的叠氮化物危险品[8/16/76]）。
为避免可能产生的叠氮化物堆积，请在处置未经稀释的试剂后用水冲洗排污管。对叠氮化钠的处理必须符合当地的相关规定。

GHS 危险等级分类

hsTnI 校准品S0

警告

H317	可能导致皮肤过敏反应。
P280	戴防护手套、穿防护服、戴防护眼罩/面具。
P333+P313	如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
P362+P364	脱掉被污染的衣服，清洗后方可使用. 反应物质：5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮 [EC#247-500-7] 和2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮 [EC#220-239-6](3:1) < 0.05%

hsTnI 校准品S1、S2、S3、S4、S5、S6

警告

H317	可能导致皮肤过敏反应。
P280	戴防护手套、穿防护服、戴防护眼罩/面具。
P333+P313	如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
P362+P364	脱掉被污染的衣服，清洗后方可使用. 反应物质：5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮 [EC#247-500-7] 和2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮 [EC#220-239-6](3:1) < 0.05%

SDS	化学品安全技术说明书见techdocs.beckmancoulter.com

【标识的解释】

制造商

欧盟授权代表

生产日期

批次代码

产品编号

温度极限

温度上限

温度下限

体外诊断医疗器械

警告

阴性对照

阳性对照

有效期

生物风险

含量足够测试<n>次

查阅使用说明

怕晒

【基本信息】

注册人/生产企业名称：Immunotech S.A.S a Beckman Coulter Company 免疫泰克有限公司

住所：130 Avenue de Lattre de Tassigny, BP 177, Marseille, Cedex 9, 13276, France

生产地址：1000 Lake Hazeltine Drive Chaska, Minnesota, 55318 USA

联系方式：001-800-742-2345

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：021-38651000, 4008855355

代理人名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 98 号 3 层 01 单元

联系方式：021-38651000, 4008855355

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

国械注进20182400462

【说明书核准日期及修改日期】

2023-11-28