促甲状腺激素校准品

【产品名称】
通用名称：促甲状腺激素校准品
英文名称：Access TSH (3rd IS) Calibrators

【包装规格】
校准品 0（S0）- 校准品 5（S5），2.5mL/瓶。

【预期用途】
本产品用于定量测定人血清和血浆中的人促甲状腺激素水平时的校准。
促甲状腺激素校准品 Access TSH (3rd IS) Calibrators 设计用于校准 Access TSH（3rd IS）的检测，该检测应用 Access 免疫测定系统以定量测定人血清和血浆中人促甲状腺激素（促甲状腺激素、TSH、hTSH）水平。

【检验原理】
定量测定的校准是一个如同测试病人样本那样，对已知分析物浓度的样本(如, 测定的校准品)进行测试以计算其反应值的过程。测得的反应值与已知分析物浓度之间的数学关系，可用于确立校准曲线。此数学关系，或校准曲线，用于将病人样本的 RLU (光量子值)测定值转换为特定的定量分析物浓度。

【主要组成成分】

校准品 0（S0）	牛血清白蛋白(BSA) 缓冲基质，含表面活性剂、< 0.1% 叠氮钠及 0.5% ProClin300。含 0 µIU/mL (mIU/L) hTSH。
校准品 1、校准品 2、校准品 3、校准品 4、校准品 5（S1，S2，S3，S4，S5）：	水平大约分别为 0.050、0.30、3.0、15.0 以及 50.0 µIU/mL (mIU/L) 的 hTSH 在牛血清白蛋白缓冲基质（BSA）中，含表面活性剂、< 0.1% 叠氮钠以及 0.5% ProClin300。
校准卡：	1

**ProClin™ 是 The Dow Chemical Company (“Dow”) 或 Dow 的关联公司的商标。

本产品配合注册证号为国械注进 20182400368 的促甲状腺激素测定试剂盒（化学发光法）使用。

溯源性
Access TSH（第 3 代 IS）校准品中的分析物可溯源至 WHO 第 3 国际标准 81/565。溯源流程依照 EN ISO 17511。
使用这一批次校准品中具有代表性的样本，建立指定的值，该值对于 Access 试剂的测定方法是特定的。使用其它方法确定的值可能会存在差异。若此差异存在，可能是不同方法之间的偏倚造成的。

【储存条件及有效期】
- 2~10℃保存，有效期 347 天。
- 即用型。

- 在 2~10℃下冷藏保存且竖直存放。
- 使用前轻轻倒转，混匀成分。防止形成气泡。
- 校准品首次使用后，在 2 ~10℃下保存的稳定期可持续 90 天。
- 在 2 ~10℃下保存时，稳定期可持续至标签上所指明的有效期。
- 可能存在变质情况的表现为试剂包的弹性层损坏或质控品数值超出范围。
- 参见校准卡以获取准确的浓度信息。
- 生产日期和失效日期详见标签。

【适用仪器】

Access 2、UniCel DxI 800 Access、DxI 9000 Access Immunoassay Analyzer（全自动化学发光免疫分析仪）。

【检验方法】

1. 参考相应的系统操作手册和/或帮助系统，获取有关校准原理、设置校准品系列、校准品测试申请的输入和评论校准数据的信息。
2. 使用前轻轻倒转，混匀成分。防止形成气泡。
3. 可能存在变质情况的表现为试剂包的弹性层损坏或质控品数值超出范围。
4. 参见校准卡以获取准确的浓度信息。
5. Access TSH（3rd IS）校准品分为六个浓度等级：0 以及大约 0.050、0.30、3.0、15.0 和 50.0 µIU/mL (mIU/L)。对于 Access TSH（3rd IS）测定，需要每 63 天校准一次。
6. 校准品的测定应做双份。

【检验方法的局限性】

1. 与 Access 免疫测定系统及配套试剂使用。
2. 试剂内如有微生物污染的迹象或显著浑浊，应弃去。

【注意事项】

- 用于体外诊断。
- 按所描述的步骤进行操作，可使日常处理病人样本和血制品中所带来的风险降到最低。然而，无论这些产品的来源、处理方式或先前获得的证明，使用这些具有潜在传染性的物品均须按统一的注意事项和完善的临床实验室操作规范来进行。应使用合适的消毒剂来消除污染。遵循当地的操作规章和导则来保存并处理这些物品以及盛放这些物品的容器。
- 试剂制备中使用的抗原来自于人体垂体的提取物。无论这些产品的来源、处理方式或先前获得的证明，使用这些具有潜在传染性的物品均须按统一的注意事项和完善的临床实验室操作规范来进行。应使用合适的消毒剂来消除污染。遵循当地的操作规章和导则来保存并处理这些物品以及盛放这些物品的容器。[2]
- 关于产品危险分类，请参考以下部分：“活性成分”和“GHS 危险等级分类”。

活性成分

注意

叠氮钠防腐剂可在金属下水管道中生成易爆化合物。见 NIOSH 公告：易爆的叠氮化物危险品（8/16/76）。
为避免可能产生的叠氮化合物堆积，请在处置未经稀释的试剂后用水冲洗排污管。对叠氮化钠的处理必须符合当地的相关规定。

GHS 危险等级分类

TSH 校准品 S0 警告

	H317	可能导致皮肤过敏反应。
	H412	对水生生物有害并具有长期持续影响。
	P273	避免释放到环境中。
	P280	戴防护手套、穿防护服、戴防护眼罩/面具。
	P333+P313	如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
	P362+P364	脱掉受污染的衣服，清洗后方可使用
		活性物质：5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮[EC# 247-500-7] 和 2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮[EC# 220-239-6] (3:1) < 0.05%
TSH 校准品 S1、S2、S3、S4 和 S5	警告	
	H317	可能导致皮肤过敏反应。
	H412	对水生生物有害并具有长期持续影响。
	P273	避免释放到环境中。
	P333+P313	如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
	P362+P364	脱掉受污染的衣服，清洗后方可使用
		活性物质：5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮[EC# 247-500-7] 和 2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮[EC# 220-239-6] (3:1) < 0.05%

SDS 安全数据表见 beckmancoulter.com/techdocs

【标识的解释】

制造商	欧盟授权代表	生产日期
批次代码	产品编号	温度极限
温度上限	温度下限	体外诊断医疗器械
警告	阴性对照	阳性对照
有效期	生物风险	含量足够测试<n>次

查阅使用说明

怕晒

【参考文献】

1. WHO International Standard Thyroid Stimulating Hormone, Human, for Immunoassay, NIBSC code: 81-565 Instructions for Use. Version 6.0, August 2015. National Institute for Biological Standards and Control, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 3QG.
2. HHS Publication, 5th ed., December 2009. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：Immunotech SAS, A Beckman Coulter Company 免疫泰克有限公司
住所：130 Avenue de Lattre de Tassigny BP 177 Marseille, Cedex 9 13276 France
生产地址：1000 Lake Hazeltine Drive Chaska Minnesota 55318 USA
联系方式：001-800-742-2345
售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司
联系方式：021-38651000, 4008855355
代理人名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区峨山路91弄98号3层01单元
联系方式：021-38651000, 4008855355

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

国械注进 20182400367

【说明书核准日期及修改日期】

2023-09-21