B型钠尿肽质控液
说明书

【产品名称】

通用名称：B型钠尿肽质控液

英文名称：Access BNP QC

【包装规格】

三个浓度水平，每个水平2瓶，2.5mL/瓶。

【预期用途】

B型钠尿肽质控液适用于监控用在Beckman Coulter公司的Access系列免疫检测系统上的B型钠尿肽检测试剂盒的性能。

【检验原理】

该质控液模拟了病人样本的特性，是监控B型钠尿肽检测结果质量的重要保证，是好的实验室实践的一个不可或缺的组成部分[1-6]。在做B型钠尿肽检测时，包括质控液使整个检测完整起来。如果系统运行正常，检测值应在可接受范围内。

【主要组成成分】

QC1、QC2、QC3：含重组人BNP 复合物的缓冲基质液，添加有防腐剂。

基质液的主要成分：含表面活性剂的牛血清蛋白（BSA）

防腐剂的主要成分：<0.1％叠氮化钠和0.1％ProClin** 300。

【储存条件及有效期】

- 储存在-20℃及以下的无霜冰箱远离冰箱门位置，在标示的失效日期前产品性能可一直保持稳定。有效期为12个月。
- 该质控液为即用型。
- 使用前轻轻倒转混合内容物，避免起泡。
- 首次拆封使用后在2~10℃有效期30天。
- 质控结果超出范围提示质控液可能变质。
- 生产日期、使用期限或失效日期：见标签。

【适用仪器】

Access, Access 2, Synchron LXi 725和UniCel DxI 800。

【检验方法】

检测B型钠尿肽质控液的BNP浓度的方法与病人样本相同。因为样本可在任何时间以“随机”的形式进行检测，而非“批”检测，所以质控应以24小时为一周期进行[11]。用户可根据好的实验室实践规范或实验室资格认定要求和适用法律来决定更高的质控使用频率或是否使用额外的质控。有关质控原理、质控品配置、质控品测试要求信息和质控数据

的查看信息，请参阅相应的系统手册和/或帮助系统。

【检测结果的解释】

预期值

对于B型钠尿肽质控液的赋值是通过许多样本提供一个可靠的估计平均值。平均值和标准差都列在质控卡上。技术、设备或试剂都可能引起数值差异，因此，每个实验室都应确立自己的平均值和标准差（SD）。

【注意事项】

- 用于体外试验诊断
- 病人样本和血制品按前述程序常规处理风险最小。但是，根据通用的预防措施和良好的临床实验的操作[7]，无论其来源、处理或先前的检定如何，处理时仍有潜在的传染风险。使用适当的消毒剂消毒。根据当地法规和指南储存和处置这些物品及其容器。
- • 有关本产品存在的危害，请参阅以下部分：活性成分和GHS 危害分类。

活性成分

> ⚠ **注意**
>
> 叠氮钠防腐剂可能会在金属排水管道中形成具有高危爆炸性的化合物。
> 参见 NIOSH 公 告：爆炸性叠氮化物的危害（8/16/76）。
> 为了避免可能产生的叠氮化物堆积，在处置未稀释的试剂后用水冲洗管道。
> 处置叠氮钠必须遵循当地适用的法规。

GHS 危害分类

Access BNP QC　警告

H317	可能导致皮肤过敏反应。
H412	对水生生物有害并具有长期持续影响。
P273	避免释放到环境中。
P280	戴防护手套、穿防护服、戴防护眼罩/面具。
P333+P313	如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
P362+P364	脱掉沾染的衣服，清洗后方可使用。

反应物质：5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮[EC# 247-500-7]

和 2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮[EC# 220-239-6](3:1) < 0.05%

【参考文献】

1. Cembrowski GS, Carey RN. Laboratory quality management: QC ≒ QA. ASCP Press, Chicago, IL, 1989.

2. Broome HE, Cembrowski GS, Kahn SN, Martin PL, Patrick CA. Implementation and use of a manual multi-rule quality control procedure. Lab Med 1985; 16: 533-537.

3. Westgard JO, Barry PL, Hunt MR, Groth T. A multi-rule Shewhart chart for quality control in clinical chemistry. Clin Chem 1981; 27: 493-501.

4. Koch DD, Oryall JJ, Quam EF, Feldbruegger DH, et al. Selection of medically useful QC procedures for individual tests done in a multitest analytical system. Clin Chem 1990; 36: 230-233.

5. Mugan K, Carlson IH, Westgard JO. Planning QC procedures for immunoassays. J Clin Immunoassay 1994; 17: 216-222.

6. Approved Guidelines – Statistical Quality Control for Quantitative Measurements: Principles and Definitions, C24-A2. February 1999. National Committee for Clinical Standards.

7. Approved Guideline - Protection of Laboratory Workers From Occupationally Acquired Infections, M29-A4, 4th Edition, May 2014. Clinical and Laboratory Standards Institute.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：Beckman Coulter, Inc. 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司

住所：250 South Kraemer Blvd. Brea, California, 92821, USA

生产地址：1000 Lake Hazeltine Drive, Chaska, MN 55318-1084, USA

联系方式：001-800-742-2345

代理人/售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 98 号 3 层 01 单元

联系方式：021-38651000, 4008855355

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

国械注进 20162401090

【说明书核准及修改日期】

2021-11-09

2022-08-25