B型钠尿肽校准液
说明书

【产品名称】

通用名称：B型钠尿肽校准液

英文名称：Access BNP Calibrators

【包装规格】

S0 ~S5，1.5mL/小瓶

【预期用途】

B型钠尿肽校准液用于Beckman Coulter公司的Access系列免疫检测系统，可对该系统利用B型钠尿肽检测试剂盒定量测试人EDTA抗凝血浆中B型钠尿肽的过程进行校准。

【检验原理】

校准液的量化评估是用已知分析物浓度的样本（如分析标准液）像病人样本一样进行检测。通过检测结果与已知分析物浓度之间的关系式建立校准曲线。关系式或校准曲线用于将病人样本的RLU（相对光单位）转换为明确的定量分析物浓度。

溯源性

B型钠尿肽校准液的被测物（分析物）最终溯源到一级参考校准品。该溯源过程是基于prEN ISO 17511。

标记值由校准用典型样本确立，并且是B型钠尿肽检测试剂盒检测方法所特有的。其它方法的标记值可能不同，这些不同目前可能是由于内部方法偏差引起。

【主要组成成分】

S0：缓冲基质液，添加有防腐剂。

S1-S5：含重组人BNP复合物的缓冲基质液，添加有防腐剂。

基质液的主要成分：含表面活性剂的牛血清蛋白（BSA）

防腐剂的主要成分：<0.1％叠氮化钠和0.1％ProClin** 300。

不同批号校准液各组分不可互换。

【储存条件及有效期】

• 储存在-20℃及以下的无霜冰箱远离冰箱门位置，在标示的失效日期前产品性能可一直保持稳定。有效期为12个月。

• 该校准液为开盒即用型。

• 首次拆封使用后在2~10℃有效期30 天。

• 质控结果超出范围提示产品可能变质。

• 生产日期及失效日期见标签。

【适用仪器】

Access, Access 2, Synchron LXi 725和UniCel DxI 800。

【检验方法】

有关校准原理、校准品配置、校准品测试要求信息和校准数据的查看信息，请参阅相应的系统手册和/或帮助系统。

B型钠尿肽校准液包含6 个浓度水平，分别是0、25、100、500、2500 和5000pg/mL。校准分析数据有效期为28 天。

校准需重复进行。

【检验结果的解释】

详见产品包装盒内的校准卡。

【注意事项】

• 用于体外诊断

• 如有任何微生物污染证据或试剂浊度过高，请勿使用。

• 病人样本和血制品按前述程序常规处理风险最小。但是，根据通用的预防措施和良好的临床实验的操作[1]，无论其来源、处理或先前的检定如何，处理时仍有潜在的传染风险。使用适当的消毒剂消毒。根据当地法规和指南储存和处置这些物品及其容器。

• 有关本产品存在的危害，请参阅以下部分：活性成分和GHS 危害分类。

活性成分

⚠ **注意**

叠氮钠防腐剂可能会在金属排水管道中形成具有高危爆炸性的化合物。
参见 NIOSH 公 告：爆炸性叠氮化物的危害（8/16/76）。
为了避免可能产生的叠氮化物堆积，在处置未稀释的试剂后用水冲洗管道。
处置叠氮钠必须遵循当地适用的法规。

GHS 危害分类

BNP 校准品 S0　　警告

H317	可能导致皮肤过敏反应。
H412	对水生生物有害并具有长期持续影响。
P273	避免释放到环境中。
P280	戴防护手套、穿防护服、戴防护眼罩/面具。
P333+P313	如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
P362+P364	脱掉沾染的衣服，清洗后方可使用。

反应物质：5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮[EC# 247-500-7] 和 2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮[EC# 220-239-6](3:1) < 0.05%

BNP 校准品 S1-S5　警告

H317	可能导致皮肤过敏反应。
H412	对水生生物有害并具有长期持续影响。
P273	避免释放到环境中。
P280	戴防护手套、穿防护服、戴防护眼罩/面具。
P333+P313	如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
P362+P364	脱掉沾染的衣服，清洗后方可使用。

反应物质：5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮[EC# 247-500-7] 和 2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮[EC# 220-239-6](3:1) < 0.05%

SDS	安全性数据表载于 beckmancoulter.com/techdocs

【参考文献】

1. Approved Guideline - Protection of Laboratory Workers From Occupationally Acquired Infections, M29-A4, 4th Edition, May 2014. Clinical and Laboratory Standards Institute.

【生产企业】

注册人/生产企业名称：Beckman Coulter, Inc. 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司

住所：250 South Kraemer Blvd. Brea, California, 92821, USA

生产地址：1000 Lake Hazeltine Drive, Chaska, MN 55318-1084, USA

联系方式：001-800-742-2345

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

代理人：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 98 号 3 层 01 单元

联系方式：021-38651000, 4008855355

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

国械注进 20162401088

【说明书核准及修改日期】

2021-11-09

2022-09-02