未结合雌三醇校准品说明书

【产品名称】

通用名称：未结合雌三醇校准品

英文名称：Access® Unconjugated Estriol Calibrators

【包装规格】

校准品0（S0），4.0 mL/ 瓶；校准品1（S1）–校准品6（S6），2.5 mL/ 瓶。

【预期用途】

本产品用于未结合雌三醇测定项目的校准。

Access未结合雌三醇校准品用于校准Access 未结合雌三醇测定，以通过使用Access免疫测定系统定量测定人血清中未结合雌三醇的水平。

【检验原理】

定量测定的校准是一个如同测试病人样本那样，对已知分析物浓度的样本(如，测定的校准品) 进行测试以计算其反应值的过程。测得的反应值与已知分析物浓度之间的数学关系，可用于确立校准曲线。此数学关系，或校准曲线，用于将病人样本的RLU (光量子值) 测定值转换为特定的定量分析物浓度。

【主要组成成分】

校准品0（S0）:	人血清。< 0.1% 叠氮化钠（NaN3）和0.025% Cosmocil** CQ 。 含0.0 ng/mL 未结合雌三醇。
校准品1（S1）， 校准品2（S2）， 校准品3（S3）， 校准品4（S4）， 校准品5（S5）， 校准品6（S6）:	人血清缓冲基质(含有< 0.1%叠氮化钠（NaN3）和0.025% Cosmocil CQ) 中，未结合雌三醇的水平分别大约为0.07、0.17、0.34、0.86、3.4 和 6.9 ng/mL (0.24 、0.60、1.2、3.0 、12 和24 nmol/L) 。
校准卡：	1

溯源性

未结合雌三醇校准品内的分析物，可溯源至生产商的工作用校准品，其值是使用GC-MS (气相层析- 质谱法) 确定的。溯源性的建立过程是按EN ISO 17511 进行的。

使用这一批次校准品中具有代表性的样本，建立指定的值，该值对于Access试剂的测定方法是特定的。使用其它方法确定的值可能会存在差异。若此差异存在，可能是不同方法之间的偏倚造成的。

【储存条件及有效期】

- 在2～10℃的条件下储存，有效期为12个月。
- 2到10℃冷藏保存且竖直存放。
- 在2到10℃环境下保存时，稳定期可持续12个月。
- 可能存在变质情况的表现为质控超出了范围。
- 生产日期和失效日期详见标签。

【适用仪器】

Access、Access2、Unicel Dxi600 Access和Unicel Dxi800 Access免疫分析系统

【检验方法】

1. 参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关校准原理、设置校准品系列、校准品测试申请的输入和评论校准数据的信息。
2.使用前轻轻倒转，混匀成份。防止形成气泡。
3. Access 未结合雌三醇校准品提供的是7 种浓度：零和大约0.07、0.17、0.34、0.86、3.4 和6.9 ng/mL。测定校准数据的有效期长达28 天。
4．校准品的测定应做双份。
5．参见校准卡和/ 或小瓶上的标签以获取准确的浓度信息。

【检验方法的局限性】

与Access免疫测定系统及配套试剂使用。
试剂内如有微生物污染的迹象或显著浑浊，应弃去。

【注意事项】

- 供体外诊断使用。
- 经过测试发现用于制备试剂的人源性材料，对于乙型肝炎、丙型肝炎(HCV)、和人体免疫缺陷病毒(HIV-1 和HIV-2)，均显示为阴性或无反应。由于任何已知的测试方法均无法完全确保不存在感染性物质，因此处理试剂与病人样本时均视其具有传染疾病的可能。[11]
- 叠氮钠可能会与铅以及铜制的管件发生反应，形成具有高危爆炸性的金属叠氮物。在倾弃这种液体时，应以大量的水进行冲洗，防止叠氮物的集结。[3]
- 材料安全数据资料 (MSDS) 可按需索取。

【标识的解释】

制造商

EC REP
欧盟授权代表

生产日期

LOT
批次代码

REF
产品编号

温度极限

温度上限

温度下限

IVD
体外诊断医疗器械

警告

阴性对照

阳性对照

有效期

生物风险

含量足够测试<n>次

查阅使用说明

怕晒

【参考文献】

1 Applied biochemistry of clinical disorders, 2nd Edition. 1986. Edited by Allan G Gornale.: JB Lippincott Co., Philadelphia, PA; New York, NY: 507-508, 513.
2 Williams textbook of endocrinology, 8th Edition. 1992. Edited by Jean D Wilson, MD and Daniel W Foster, MD. Philadelphia, PA: W.B. Saunders Company, 983-985.
3 DHHS (NIOSH) Publication No. 78-127, August 1976. Current Intelligence Bulletin 13 - Explosive Azide Hazard. Available http://www.cdc.gov/niosh.
4 Approved Guideline – Procedures for the handling and processing of blood specimens, H18-A2. 1999. National Committee for Clinical Standards.
5 Cembrowski GS, Carey RN. Laboratory Quality Management: QC & QA. ASCP Press, Chicago, IL, 1989.
6 Kricka, L. Interferences in Immunoassays – Still a Threat. Clin Chem 2000; 46: 1037.
7 Bjerner J, et al. Immunometric Assay Interference: Incidence and Prevention. Clin Chem 2002; 48: 613–621.
8 Cornbleet JP, Gochman N. Incorrect Least-Squares Regression Coefficients in Method – Comparison Analysis. Clinical Chemistry, 1979; 25 (3): 432.
9 Tentative Guideline - Precision performance of clinical chemistry devices, 2nd Edition, EP5-T2. 1992. National Committee for Clinical Laboratory Standards, 4, N8.
10 Krauer JS, Rabinowitz R. How to improve estimates of imprecision. Clinical Chemistry, 1984.; 30: 290-292.4.
11 HHS Publication, 4th ed., May 1999. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. Available http://www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/bmbl4/bmbl4toc.htm

【基本信息】

注册人/生产企业名称：Beckman Coulter, Inc. 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
住所：250 South Kraemer Blvd., Brea, CA 92821, USA
生产地址：1000 Lake Hazeltine Drive, Chaska, MN 55318-1084, USA
联系方式：001-800-742-2345
售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司
联系方式：021-38651000, 4008855355
代理人名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 98 号 3 层 01 单元

联系方式：021-38651000, 4008855355

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

国械注进 20162400559

【说明书核准日期及修改日期】

2020-05-21

2020-11-28

2022-06-30