样本稀释液说明书

【产品名称】

通用名称：样本稀释液

英文名称：Access Folate Calibrator S0

【包装规格】

1 × 4.0 mL/瓶

【预期用途】

用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。

【主要组成成分】

缓冲基质液中含有人血清白蛋白(HSA)、表面活性剂、< 0.1% 叠氮钠和0.25% ProClin 300 。含有0.0 ng/mL(nmol/L) 叶酸。

【储存条件及有效期】

在-20℃及以下的环境中竖直存放，有效期 6 个月。

仅可解冻 1 次。

首次使用后，在 2～10℃环境下保存的稳定期可维持 90 天。

生产日期和失效日期详见标签。

【适用仪器】

Access 2 和 Unicel Dxl 800 Access 免疫分析仪

【检验方法的局限性】

试剂内如有微生物污染的迹象或显著浑浊，应弃去。

【注意事项】

- 用于体外诊断。

- 按所描述的步骤进行操作，可使日常处理病人样本和血源性产品操作所带来的风险降到最低。然而，无论这些产品的来源、处理方式或先前获得的证明，使用这些具有潜在传染性的物品均须遵守实验室常规注意事项以及良好临床实验室操作规范进行。应使用合适的消毒剂来消除污染。遵循当地法规和指导原则保存并处理这些物品及其存储容器。
- 用于制备试剂的人源性材料经过检测，对于乙型肝炎，丙型肝炎（HCV）和人体免疫缺陷病毒（HIV-1 和 HIV-2），均显示为阴性或无反应。由于任何已知的测试方法均无法完全确保不存在上述传染源，因此处理试剂与病人样本时均视其具有传染疾病的可能。
- 该产品可导致的危险参见以下部分：活性成分、GHS 危害分类和欧盟危险分类。

活性成分

⚠ 注意

叠氮钠防腐剂可能会在金属排水管道中形成具有高危爆炸性的化合物。参见 NIOSH 公告：爆炸性叠氮化物的危害（8/16/76）。

为了避免叠氮化物可能的堆积，在处置未稀释试剂后用水冲洗管道。处置叠氮钠必须遵循当地适用的法规。

GHS 危险分类

样本稀释液　　危险

H317	可导致过敏性皮肤反应。
H360	可能损害生育或伤害为出生的胎儿。
P201	使用前应接受特殊指导。
P280	使用防护手套、防护衣和眼部/面部防护装置。
P308+P313	如果渗漏或担心渗漏：请及时就医。
P333+P313	如果出现皮肤刺激或皮疹：就医。
P362+P364	脱掉被污染的衣物，并在使用前进行清洗。
	反应物：5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮 [EC# 247-500-7] 和 2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮 [EC# 220-239-6]（3:1） 的反应质量< 0.05%

欧洲危害分类

样本稀释液	Xi;R43	
	R43	接触皮肤可引起致敏作用。
	S28	接触到皮肤后应立即用大量肥皂和水冲洗。
	S37	应戴适用的手套。

【标识的解释】

制造商

欧盟授权代表

生产日期

批次代码

产品编号

温度极限

温度上限

温度下限

体外诊断医疗器械

警告

阴性对照

阳性对照

有效期

生物风险

含量足够测试<n>次

查阅使用说明

怕晒

【基本信息】

备案人/生产企业企业名称: Beckman Coulter, Inc. 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司

住所: 250 South Kraemer Blvd., Brea, CA 92821, USA

生产地址: 1000 Lake Hazeltine Drive Chaska, MN 55318, USA

联系方式：001-800-742-2345

代理人及售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区峨山路91弄98号3层01单元

联系方式：021-38651000，4008855355

【医疗器械备案凭证编号/产品技术要求编号】

国械备20161398号

【说明书核准日期及修改日期】

2016-9-7

2018-11-19

2020-11-17

2022-6-30