腺苷脱氨酶质控品说明书

【产品名称】

通用名称：腺苷脱氨酶质控品

【包装规格】

水平 1：1mL×1；水平 2：1mL×1。

【预期用途】

与本公司腺苷脱氨酶测定试剂盒（过氧化物酶法）的配套使用，用于腺苷脱氨酶测定试剂盒（过氧化物酶法）的室内质量控制。

【主要组成成分】

冻干粉，人血清基质。甘露醇 20 g/L，牛血清白蛋白 10 g/L。

目标浓度范围：水平 1：15 U/L-45 U/L，水平 2：50 U/L-90 U/L。

注：质控品质控范围批特异，详见瓶标签。

【储存条件及有效期】

2℃-8℃避光保存，有效期 12 个月。复溶后 2℃-8℃避光保存可保存 3 天。生产日期及使用期限见标签。

【适用仪器】

厂家	仪器型号
日立	7020、7080、7180、7600、3100、008AS、3500
雅培	c8000、c16000、Alinity-c
西门子	RxL、ADVIA1800、ADVIA2400、XPT、Atellica CH930
东芝	TBA-40FR、TBA-120FR、TBA-2000FR、TBA-FX8
罗氏	cobas 6000 c 501、cobas 8000 c 502、cobas 8000 c 701、cobas 8000 c 702
奥林巴斯	AU400、AU640、AU2700、AU5400
贝克曼	AU480、AU680、AU5800、DXC600、DXC800、DXC700AU
迈瑞	BS200、BS300、BS400、BS800、BS2000、BS2800
迪瑞	CS-T180、CS-T300、CS400、CS600、CS2000、CS1200
长春光机	CG300
江西特康	TC6030、TC6060、TC6090
希森美康	BX-3010、BM6010
科华	Polaris c2000
优利特	URIT-8020、CA-400U

【检验方法】

1.产品准备：小心打开一瓶质控品，避免冻干物损失，准确加入蒸馏水/去离子水 1.0ml，盖上瓶盖。轻柔摇动 5 分钟，使其充分溶解，避免产生气泡。

2.检验方法：依据据本公司腺苷脱氨酶测定试剂盒（过氧化物酶法）产品说明书的测试方法检验。

【检验结果的解释】

检验结果应由专业人员审核；如发生异常，应考虑以下原因：参数设置是否正确、试剂是否在效期内、比色杯及吸样针是否洁净、反应温度是否正常。如再次测试仍不能解决问题，请联系我公司解决。

【产品性能指标】

1.外观

1.1 试剂为冻干粉，溶解后为无色至浅黄色液体，无可见不溶物。

1.2 包装外观应整洁，标签字迹清晰，不易脱落。

2.含水量

含水量应不超过 3%。

3.赋值有效性

测试结果在靶值范围内。

4.批内重复性

重复测试各水平质控品，批内重复性（CV）应不大于 5%。

5.批内瓶间差

批内瓶间差（CV）应不大于 5%。

【注意事项】

1.本产品仅用于体外诊断，误入眼、口中或沾染到皮肤上请立即用清水彻底冲洗，必要时到医院就诊。

2.在测定的过程中，请不要混合或者交换使用批号不同的产品。

试剂使用后立即盖紧瓶盖，避免污染。

3.废弃液请充分稀释和冲洗排水管，避免排水管中有残留。

4.试剂可能存在感染性微生物的情况，可能有发生感染的危险性存在，使用时注意安全。

5.根据相关医疗废弃物的处理规定处置接触过测定标本的器具。

【标识的解释】

IVD	体外诊断医疗器械		查阅使用说明
	温度极限		向上
	循环再生		

【参考文献】

[1] 尚红，王毓三，申子瑜.全国临床检验操作规程（第 4 版）[M].北京：人民卫生出版社，2015.291—292.

[2] GB/T 21415—2008， 体外诊断医疗器械 生物样品中量的测量 校准品和控制物质赋值的计量学溯源性 [S].

【基本信息】

注册人/生产企业名称/售后服务单位名称：柏定生物工程（北京）有限公司

住所/生产地址：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 11 号

邮　　编：101301

电　　话：010-60442669/60442398

传　　真：010-60442885

网　　址：www.meritchoice.cn

生产许可证编号：京食药监械生产许 20030109 号

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

京械注准20172400693

【说明书核准日期及修改日期】

核准日期：2022 年 06 月 13 日

修改日期：2023 年 05 月 12 日