抗缪勒管激素质控品说明书

【产品名称】
通用名称：抗缪勒管激素质控品
英文名称：Access AMH QC

【包装规格】
冻干粉，水平 1（QC1）：2×2mL/瓶，水平 2（QC2）：2×2mL/瓶，水平 3（QC3）：2×2mL/瓶。

【预期用途】
本产品用于抗缪勒管激素（AMH）测定时分析系统性能监测。

【检验原理】
质控（QC）材料可模拟患者样本特征，对监测Access AMH assay的系统性能十分重要。 此外，质控材料也是良好的临床实验室操作规范的组成部分。[1,2,3,4,5,6]在用Access试剂进行AMH测定时，质控材料用于确认测定的完整性。检测系统正常运行时，测定的值应在可接受范围内。

【主要组成成分】
水平1（QC1）：约1 ng/mL（7.1 pmol/L）的重组人AMH，处理过的人血浆基质，0.5% ProClin* 300；
水平2（QC2）：约5 ng/mL（36 pmol/L）的重组人AMH，处理过的人血浆基质，0.5% ProClin 300。
水平3（QC3）：约15 ng/mL（107 pmol/L）的重组人AMH，处理过的人血浆基质，0.5% ProClin 300；
QC数值卡：1张。
*ProClin是Rohm and Haas Company 或其子公司或附属机构的商标。

溯源性
Access AMH QC中的被测物（分析物）可溯源至生产商的工作校准品。溯源性建立过程依据EN ISO17511。
使用本批QC中具有代表性的样本确定赋值，该赋值对所采用的Access试剂测定方法是特定的。采用其它方法确定的赋值可能会有所不同。如果存在这种差异，其可能是由于方法间的偏倚引起的。

【储存条件及有效期】
- 2℃~10℃保存，有效期 585 天。
- 产品为冻干状。
- 用 2 mL 蒸馏水复溶每瓶试剂。复溶 30 分钟。使用前轻轻混匀。
- 储存于 2-10°C 时，冻干质控品的稳定期可以维持到标签上指明的失效日期。
- 初次使用后，复溶后的质控品在 2-10°C 下储存可稳定 2 天，-15 到-30°C 下储存可稳定 60 天。
- 冻融次数不能超过 3 次。
- 质控品结果超出范围或质控品不能完全复溶提示变质。
- 平均值和标准差（SD）参考 QC 数值卡。

- 生产日期和失效日期详见标签。

【适用仪器】
Access 2、UniCel DxI 800 Access。

【检验方法】
使用Access免疫分析系统，按照处理患者样本的方式，测定Access AMH QC材料中的AMH浓度。由于样本处理可在任意时刻以“随机”模式，而非““批量”模式进行，因此需以24小时为一个时间段来加入质控材料。1用户可根据临床实验室操作规范或实验室认可要求以及适用法律，自行判断是否需要提高质控品的使用频次。参考相应的系统手册和 / 或帮助系统，获取有关质量控制的原理、设置质控品、质控样本检测请求输入以及查看质控数据的信息。

【阳性判断值或者参考区间】
对Access AMH QC材料进行赋值时，选用能够代表整个批次的若干样本进行测定，从而获得可靠的估测平均值。平均值和标准差列于QC数值卡上。技术、设备或试剂等变化因素可能导致结果与数值卡中的值不同。因此，每个实验室应确定其自身的平均值和标准差（SD）。

【检验方法的局限性】
如果试剂出现微生物污染或浊度过高，应丢弃。

【注意事项】
- 用于体外诊断。
- 按所描述的程序进行操作，可使日常处理患者样本和血制品的风险降到最低。然而，无论物品的来源、处理方式或事先获得的证明如何，一律将其视为具有潜在的传染性，应按照通用的预防措施和临床实验室操作规范进行操作。应使用合适的消毒剂来去除污染。保存和处理这些物品及其盛放容器时应遵循当地法规和导则。
- 制备试剂使用的人源性材料已经过检测，乙肝、丙肝（HCV）和 人免疫缺陷病毒（HIV-1 和 HIV-2）检测结果呈阴性或无反应性。 因为已知的检测方法无法完全保证不存在传染因子，所以在处理试剂和患者样本时，应将之视为能够传播传染性疾病。
- 该产品可能导致的危险参见以下部分：GHS 危险分类和欧盟危险分类。

GHS 危险分类

Access AMH QC	警告	
	H317	可能导致皮肤过敏反应。
	P280	穿防护服、佩戴防护手套和眼罩/面罩。
	P333+P313	若出现皮肤刺激或皮疹：请就医。
	P362+P364	脱下被污染的衣物并在使用前进行清洗。

5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮 [EC# 247-500-7]和 2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮 [EC# 220-239-6](3:1)的反应质量：< 0.05%

SDS 安全资料表（SDS）可在 techdocs.beckmancoulter.com 上查到。

欧洲危险分类

Access AMH QC	Xi;R43	
	R43	如接触皮肤可引起致敏作用。
	S28	接触到皮肤后应立即用大量肥皂和水冲洗。
	S37	佩戴合适的手套。

【参考文献】

1. Cembrowski GS, Carey RN. Laboratory quality management: QC ^ OA. ASCP Press, Chicago, IL, 1989.
2. Boome HE, Cembrowski GS, Kahn SN, Martin PL, Patrick CA. 1985. Implementation and use of a manual multi-rule quality control procedure. Lab Med; 16: 533-537.
3. Westgard JO, Barry PL, Hunt MR, Groth T. 1981. A multi-rule Shewhart chart for quality control in clinical chemistry. Clin Chem 27: 493-501.
4. Koch DD, Oryall JJ, Quam EF, Feldbruegger DH, et al. Selection of medically useful QC procedures for individual tests done in a multitest analytical system. Clin Chem 1990; 36: 230-233.
5. Mugan K, Carlson IH, Westgard JO. 1994. Planning QC procedures for immunoassays. J Clin Immunoassay 17: 216-222.
6. Approved Guideline - Statistical Quality Control for Quantitative Measurements: Principles and Definitions, C24-A3. June 2006. Clinical and Laboratory Standards Institute.
7. HHS Publication, 5th ed., December 2009. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories.

【标识的解释】

制造商	EC REP 欧盟授权代表	生产日期
LOT 批次代码	REF 产品编号	温度极限

温度上限

温度下限

体外诊断医疗器械

警告

阴性对照

阳性对照

有效期

生物风险

含量足够测试<n>次

查阅使用说明

怕晒

【基本信息】
注册人/生产企业名称：Immunotech S.A.S. a Beckman Coulter Company 免疫泰克有限公司
住所：130 Avenue de Lattre de Tassigny BP 177, 13276 Marseille Cedex 9 France
生产地址：130 Avenue de Lattre de Tassigny BP 177, 13276 Marseille Cedex 9 France
联系方式： 001-800-742-2345
售后服务单位名称： 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司
联系方式：021-38651000, 4008855355
代理人名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区峨山路91弄98号3层01单元
联系方式：021-38651000, 4008855355

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】
国械注进 20172405140

【说明书核准日期及修改日期】
2021-08-03

2022-06-30