血清淀粉样蛋白 A 测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）说明书

【产品名称】

通用名称：血清淀粉样蛋白 A 测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）

英文名称：Serum amyloid A determination kit (latex immune turbidimetry)

【包装规格】

试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×4mL
试剂 1：1×50mL，试剂 2：1×10mL
试剂 1：3×50mL，试剂 2：1×30mL
试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×12mL
试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×36mL
试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×36mL
试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×48mL
试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×48mL
试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×108mL
试剂 1：2×55mL，试剂 2：2×11mL
试剂 1：30×4.3mL，试剂 2：6×4.3mL
试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×15mL

校准品（选配）：1×1mL；

质控品（选配）：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL。

【预期用途】

用于体外定量测定人血清中血清淀粉样蛋白 A 的含量。

血清淀粉样蛋白 A（SAA）是一个非常敏感的急性相反应物。在急性冠脉综合征的诊断和危险中起分层作用。SAA 水平却在稳定性心绞痛、变异性心绞痛以及急性心肌梗死中均明显升高，在冠心病以及患有冠脉和外周血管病变的病人中都有 SAA 水平升高。[1]

【检验原理】

样本中的血清淀粉样蛋白 A 与和特异的抗血清淀粉样蛋白 A 抗体包被的胶乳颗粒发生凝集反应，形成抗不可溶性复合物并产生一定浊度，该浊度的高低与样本中 SAA 浓度成相关性，在 540nm 波长处检测其吸光度的变化并根据校准曲线可计算出 SAA 的含量。

【主要组成成分】

成分和浓度	
试剂 1	Tris 缓冲液　50mmol/L，pH7.4 聚乙二醇 8000　35g/L
试剂 2	抗血清淀粉样蛋白 A 抗体包被的胶乳颗粒 1.0%
校准品（选配）	单水平冻干粉，磷酸盐缓冲液 20mmol/L，pH6.8 重组人 SAA　目标浓度：100mg/L
质控品水平 1（选配）	冻干粉，人血清基质 重组人 SAA　目标浓度范围：2mg/L -10 mg/L
质控品水平 2（选配）	冻干粉，人血清基质 重组人 SAA　目标浓度范围：20mg/L -40 mg/L

校准品靶值、质控品质控范围批特异，具体浓度见瓶标签。校准品溯源至柏定公司内部工作较准品。

【储存条件及有效期】

2℃～8℃避光保存，有效期 12 个月，开瓶后 2℃～8℃保存稳定 30 天。校准品复溶后 2℃～8℃密封避光保存可稳定 24 小时。质控品复溶后 2℃～8℃密封避光保存可稳定 24 小时。生产日期和使用期限见标签。

【适用仪器】

厂家	仪器型号
日立	7020、7080、7180、7600、3100、008AS、3500
雅培	c8000、c16000、Alinity-c
西门子	RxL、ADVIA1800、ADVIA2400、XPT、Atellica CH930
东芝	TBA-40FR、TBA-120FR、TBA-2000FR、TBA-FX8
罗氏	cobas 6000 c 501、cobas 8000 c 502、cobas 8000 c 701、cobas 8000 c 702
奥林巴斯	AU400、AU640、AU2700、AU5400
贝克曼	AU480、AU680、AU5800、DXC600、DXC800、DXC700AU
迈瑞	BS200、BS300、BS400、BS800、BS2000、BS2800
迪瑞	CS-T180、CS-T300、CS400、CS600、CS2000、CS1200
长春光机	CG300
江西特康	TC6030、TC6060、TC6090
希森美康	BX-3010、BM6010
科华	Polaris c2000
优利特	URIT-8020、CA-400U

【样本要求】

样本为血清。2℃～8℃可保存 7 天。避免使用溶血、高脂血、被污染及经热处理的样本。

【检验方法】

1．试剂配制：

试剂开瓶即可使用，校准品、质控品需用去离子水复溶。校准品原液按下表稀释，以水为零点，建立工作曲线。稀释方法如下：

管号	1	2	3	4	5
去离子水	去离子水	3:1	1:1	2:1	原液
浓度	0.0	X/4	X/2	X2/3	X

2．分析参数：

方　法	终点法	反应温度	37℃
主波长	546nm	副波长	800nm
样本量	3μL	反应时间	10 分钟
试剂 1	250μL	试剂 2	50μL

注：设置参数依所用仪器类型可有不同。

3．操作步骤：

试剂 1	250μL
校准品或样本	3μL
混匀，37℃下孵育 300 秒，读取吸光度 A1	
试剂 2	50μL
混匀，37℃下孵育 300 秒，读取吸光度 A2，计算ΔA=A2-A1	

4．校准程序：使用柏定公司校准品，以去离子水为空白。当发生下列情况时：如更换试剂批号、仪器维修、保养或关键部件进行更换、室内质控结果失控等，应重新进行校准。

5．质量控制程序：使用柏定公司质控品，质控测定值应在规定的范围内。如果测定结果超出范围，应考虑以下原因：参数设置是否正确、试剂是否在校期内、比色杯及吸样针是否洁净、反应温度是否正常。如仍不能解决问题，请联系我公司解决。

6．结果计算：

样本浓度=（$\Delta A_{样本}/\Delta A_{校准}$）×校准品浓度

【参考区间】

≤10mg/L。

经对北京地区 120 例无近期疾病史、无伤口及感染的健康成年人群样本测试，按照非正态分布 95%置信区间建立该参考区间（2.5 百分位数和 97.5 百分位数作为参考下限和参考上限）。

由于地理、人种、性别及年龄等差异，建议各实验室建立自己的参考区间。

【检验结果的解释】

检验结果应由专业人员审核；检测结果受年龄、饮食、地域影响，通常在参考区间内认为正常；如超出参考区间，应重新测定进行确认。

【检验方法的局限性】

1．测定样本为人血清。

2．样本中胆红素低于 550umol/L、血红蛋白浓度低于 5g/L、抗坏血酸浓度低于 1700umol/L,对测定结果无显著影响。

3．本试剂盒的测定结果只能作为患者总体临床评估的一部分，临床诊断应结合临床症状及其他诊断方法综合判定。

【产品性能指标】

1. 外观

1.1 试剂 1：无色液体，无浑浊，无不溶物。

1.2 试剂 2：乳白色液体。

1.3 校准品：为冻干粉，复溶后为无色至淡黄色液体，无可见不溶物。

1.4 质控品：为冻干粉，复溶后为无色至淡黄色液体，无可见不溶物。

1.5 包装外观应整洁，标签字迹清晰，不易脱落。

2. 净含量

液体试剂的净含量不低于标示体积。

3. 试剂空白吸光度

试剂空白吸光度≤1.0。

4. 分析灵敏度

样本浓度为 40mg/L 时，吸光度差值应≥0.01。

5. 线性

在[2，100] mg/L 的范围内，线性相关系数 r≥0.990。测试浓度在[2，40] mg/L 时，绝对偏差应不超过±4mg/L；测试浓度在（40，100] mg/L 时，相对偏差应不超过±10%。

6. 精密度

6.1 重复性

用高、低 2 个浓度的样本测试试剂盒，各重复测试 10 次，其变异系数(CV）应不大于 8%。

6.2 批间差

用样本分别测试 3 个不同批次的试剂盒，每个批次测试 3 次，其相对极差（R）应不大于 10%。

7. 准确度

与已上市产品进行对比试验，在[2，100] mg/L 的范围内，线性相关系数 r≥0.975。测试浓度在[2，40] mg/L 时，绝对偏差应不超过±4mg/L；测试浓度在（40，100] mg/L 时，相对偏差应不超过±10%。

8. 质控品赋值有效性

测试结果在质控范围内。

9. 校准品/质控品瓶内重复性

校准品/质控品瓶内重复性（CV）应不大于 10%。

10. 校准品/质控品批内瓶间差

校准品/质控品批内瓶间差（CV）应不大于 10%。

11. 溯源性

根据 GB/T21415 及有关规定提供校准品的来源、赋值过程及测量不确定度等内容，校准品溯源至柏定公司内部工作较准品。

【注意事项】

1.本产品仅用于体外诊断，误入眼、口中或沾染到皮肤上请立即用清水彻底冲洗，必要时到医院就诊。

2.当测定值超出线性区间上限时可使用生理盐水稀释样本最大稀释倍数为 5 倍。

3.试剂盒使用前不需恢复室温。

4.不同批号的试剂盒中不同组分不可互换、不可混合。

5.试剂废弃液请充分稀释和冲洗排水管，避免排水管中有残留。试剂可能存在感染性微生物的情况，可能有发生感染的危险性存在，使用时注意安全。对所有样本和反应废弃物都应视为传染源对待，提示操作者采取必要的防护措施。

6.使用不同生产商的试剂对同一份样本进行检测可能会存在差异。

【标识的解释】

IVD	体外诊断医疗器械		查阅使用说明
	温度极限		向上

【参考文献】

[1]朱华，王娟，林燕，张芃，刘家民.血清淀粉样蛋白 G 的研究进展.[J].心血管病学进展，2007，28(1)：113-115.

【基本信息】

注册人/生产企业名称/售后服务单位名称：柏定生物工程（北京）有限公司

住所/生产地址：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 11 号

邮　　编：101301

电　　话：010-60442669/60442398

传　　真：010-60442885

网　　址：www.meritchoice.cn

生产许可证编号：京食药监械生产许 20030109 号

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

京械注准20162401183

【说明书核准日期及修改日期】

核准日期：2021 年 11 月 25 日

修改日期：2023 年 05 月 12 日