




2026年 全国临床检验室间质量评价报告

单位（实验室）编码： 101127
单位（实验室）名称： 民航总医院
计划名称： 常规化学A
计划编码： NCCL-C-01
质评轮次： 第2次

负责科室： 临床生化室
联系电话： 010-58115059

通信地址： 北京东单大华路一号 国家卫生健康委临床检验中心 室间质评室
邮 编： 100730
联系电话： 010-58115055, 65273025, 58115065
传 真： 010-65273025
电子邮箱： EQA@nccl.org.cn

国家卫生健康委临床检验中心



国家卫生健康委临床检验中心

2026年全国常规化学A室间质量评价

统计结果

实验室名称：民航总医院	科室：检验科
实验室编码：101127	测定日期：2026/6/4 第2次 统计日期：2026/6/30

项目：钾		mmol/L								
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	VIS允许范围下限	靶值	上限	VIS	评价结果	
202621	4.23	4.23	0.00	3.98 - 4.48		*			通过	
202622	3.42	3.42	0.00	3.21 - 3.63		*			通过	
202623	6.78	6.78	0.00	6.37 - 7.19		*			通过	
202624	5.10	5.11	-0.20	4.80 - 5.42		*			通过	
202625	5.85	5.84	0.17	5.49 - 6.19		*			通过	

所属组	Beckman AU组	成绩	100%
本组实验室数	1414		
方法	离子选择性电极(间接法)		
仪器	Beckman AU 5800		
试剂	Beckman AU		
校准物	Beckman AU		

项目：钠		mmol/L								
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	VIS允许范围下限	靶值	上限	VIS	评价结果	
202621	129	128	0.78	123 - 133		*			通过	
202622	115	115	0.00	110 - 120		*			通过	
202623	158	158	0.00	152 - 164		*			通过	
202624	139	139	0.00	133 - 145		*			通过	
202625	149	149	0.00	143 - 155		*			通过	

所属组	Beckman AU组	成绩	100%
本组实验室数	1414		
方法	离子选择性电极(间接法)		
仪器	Beckman AU 5800		
试剂	Beckman AU		
校准物	Beckman AU		



国家卫生健康委临床检验中心

2026年全国常规化学A室间质量评价

统计结果

实验室名称：民航总医院	测定日期：2026/6/4	第2次	科室：检验科
实验室编码：101127			统计日期：2026/6/30

项目：氯		mmol/L								
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	VIS允许范围下限	靶值	上限	VIS	评价结果	
202621	95.2	94.8	0.42	91.0 - 98.6		*			通过	
202622	85.6	85.4	0.23	82.0 - 88.8		*			通过	
202623	109.7	109.6	0.09	105.2 - 114.0		*			通过	
202624	101.0	100.8	0.20	96.8 - 104.8		*			通过	
202625	104.4	104.0	0.38	99.8 - 108.2		*			通过	

所属组	Beckman AU组	成绩	100%
本组实验室数	1413		
方法	离子选择性电极(间接法)		
仪器	Beckman AU 5800		
试剂	Beckman AU		
校准物	Beckman AU		

项目：总钙		mmol/L								
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	VIS允许范围下限	靶值	上限	VIS	评价结果	
202621	2.42	2.43	-0.41	2.31 - 2.55		*			通过	
202622	2.05	2.04	0.49	1.94 - 2.14		*			通过	
202623	3.19	3.17	0.63	3.01 - 3.33		*			通过	
202624	2.80	2.77	1.08	2.63 - 2.91		*			通过	
202625	2.92	2.92	0.00	2.77 - 3.07		*			通过	

所属组	Beckman AU组	成绩	100%
本组实验室数	792		
方法	偶氮砷III法		
仪器	Beckman AU 5800		
试剂	Beckman AU		
校准物	Beckman AU		



国家卫生健康委临床检验中心

2026年全国常规化学A室间质量评价

统计结果

实验室名称：民航总医院	测定日期：2026/6/4	第2次	科室：检验科
实验室编码：101127			统计日期：2026/6/30

项目：磷		mmol/L								
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	VIS允许范围下限	靶值	上限	VIS	评价结果	
202621	1.44	1.40	2.86	1.26 - 1.54		✱			通过	
202622	0.88	0.85	3.53	0.77 - 0.94		✱			通过	
202623	2.88	2.80	2.86	2.52 - 3.08		✱			通过	
202624	1.99	1.93	3.11	1.74 - 2.12		✱			通过	
202625	2.33	2.28	2.19	2.05 - 2.51		✱			通过	

所属组	Beckman AU组	成绩	100%
本组实验室数	758		
方法	磷钼酸紫外终点法		
仪器	Beckman AU 5800		
试剂	Beckman AU		
校准物	Beckman AU		

项目：葡萄糖		mmol/L								
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	VIS允许范围下限	靶值	上限	VIS	评价结果	
202621	6.18	6.25	-1.12	5.81 - 6.69		✱			通过	
202622	3.91	3.88	0.77	3.61 - 4.15		✱			通过	
202623	14.83	14.75	0.54	13.72 - 15.78		✱			通过	
202624	7.95	7.93	0.25	7.37 - 8.49		✱			通过	
202625	10.51	10.53	-0.19	9.79 - 11.27		✱			通过	

所属组	Beckman AU组	成绩	100%
本组实验室数	801		
方法	己糖激酶法		
仪器	Beckman AU 5800		
试剂	Beckman AU		
校准物	Beckman AU		



国家卫生健康委临床检验中心

2026年全国常规化学A室间质量评价

统计结果

实验室名称：民航总医院
实验室编码：101127
测定日期：2026/6/4
第2次
科室：检验科
统计日期：2026/6/30

项目：尿素		mmol/L								
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	VIS允许范围下限	靶值	上限	VIS	评价结果	
202621	9.09	9.06	0.33	8.34 - 9.78		*			通过	
202622	5.23	5.07	3.16	4.66 - 5.48		*			通过	
202623	20.20	19.75	2.28	18.17 - 21.33		*			通过	
202624	13.18	12.84	2.65	11.81 - 13.87		*			通过	
202625	16.66	16.08	3.61	14.79 - 17.37		*			通过	

所属组 Beckman AU组
本组实验室数 755
方法 脲酶紫外速率法
仪器 Beckman AU 5800
试剂 Beckman AU
校准物 Beckman AU
成绩 100%

项目：尿酸		μmol/L								
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	VIS允许范围下限	靶值	上限	VIS	评价结果	
202621	272	263	3.42	231 - 295		*			通过	
202622	171	161	6.21	142 - 180		*			通过	
202623	539	524	2.86	461 - 587		*			通过	
202624	394	376	4.79	331 - 421		*			通过	
202625	474	459	3.27	404 - 514		*			通过	

所属组 Beckman AU组
本组实验室数 751
方法 尿酸酶比色法
仪器 Beckman AU 5800
试剂 Beckman AU
校准物 Beckman AU
成绩 100%



国家卫生健康委临床检验中心

2026年全国常规化学A室间质量评价

统计结果

实验室名称：民航总医院	测定日期：2026/6/4	第2次	科室：检验科
实验室编码：101127			统计日期：2026/6/30

项目：肌酐		μmol/L								
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	VIS允许范围下限	靶值	上限	VIS	评价结果	
202621	218	210	3.81	185 - 235		✖			通过	
202622	113	108	4.63	95 - 121		✖			通过	
202623	463	454	1.98	400 - 508		✖			通过	
202624	304	293	3.75	258 - 328		✖			通过	
202625	370	361	2.49	318 - 404		✖			通过	

所属组	Beckman AU组（酶法）	成绩	100%
本组实验室数	576		
方法	酶法		
仪器	Beckman AU 5800		
试剂	Beckman AU		
校准物	Beckman AU		

项目：总蛋白		g/L								
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	VIS允许范围下限	靶值	上限	VIS	评价结果	
202621	46.2	46.7	-1.07	44.4 - 49.0		✖			通过	
202622	34.5	34.8	-0.86	33.1 - 36.5		✖			通过	
202623	71.6	71.4	0.28	67.8 - 75.0		✖			通过	
202624	57.5	57.5	0.00	54.6 - 60.4		✖			通过	
202625	63.2	63.2	0.00	60.0 - 66.4		✖			通过	

所属组	Beckman AU组	成绩	100%
本组实验室数	792		
方法	双缩脲终点法		
仪器	Beckman AU 5800		
试剂	Beckman AU		
校准物	Beckman AU		



国家卫生健康委临床检验中心

2026年全国常规化学A室间质量评价

统计结果

实验室名称：民航总医院	测定日期：2026/6/4	第2次	科室：检验科
实验室编码：101127			统计日期：2026/6/30

项目：白蛋白		g/L								
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	VIS允许范围下限	靶值	上限	VIS	评价结果	
202621	28.4	28.6	-0.70	26.9 - 30.3		*			通过	
202622	21.2	21.3	-0.47	20.0 - 22.6		*			通过	
202623	43.3	43.3	0.00	40.7 - 45.9		*			通过	
202624	34.9	35.0	-0.29	32.9 - 37.1		*			通过	
202625	38.2	38.4	-0.52	36.1 - 40.7		*			通过	

所属组	Beckman AU组	成绩	100%
本组实验室数	800		
方法	溴甲酚绿法		
仪器	Beckman AU 5800		
试剂	Beckman AU		
校准物	Beckman AU		

项目：总胆固醇		mmol/L								
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	VIS允许范围下限	靶值	上限	VIS	评价结果	
202621	2.94	2.97	-1.01	2.70 - 3.24		*			通过	
202622	2.19	2.23	-1.79	2.03 - 2.43		*			通过	
202623	4.60	4.66	-1.29	4.24 - 5.08		*			通过	
202624	3.60	3.65	-1.37	3.32 - 3.98		*			通过	
202625	3.97	4.04	-1.73	3.68 - 4.40		*			通过	

所属组	Beckman AU组	成绩	100%
本组实验室数	736		
方法	胆固醇氧化酶法		
仪器	Beckman AU 5800		
试剂	Beckman AU		
校准物	Beckman AU		



国家卫生健康委临床检验中心

2026年全国常规化学A室间质量评价

统计结果

实验室名称：民航总医院	测定日期：2026/6/4	第2次	科室：检验科
实验室编码：101127			统计日期：2026/6/30

项目：甘油三酯		mmol/L								
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	VIS允许范围下限	靶值	上限	VIS	评价结果	
202621	1.12	1.15	-2.61	0.99 - 1.31		*			通过	
202622	0.64	0.65	-1.54	0.56 - 0.74		*			通过	
202623	1.93	1.95	-1.03	1.68 - 2.22		*			通过	
202624	1.44	1.45	-0.69	1.25 - 1.65		*			通过	
202625	1.65	1.66	-0.60	1.43 - 1.89		*			通过	

所属组	Beckman AU组	成绩	100%
本组实验室数	684		
方法	酶法：GPO-POD（紫外）		
仪器	Beckman AU 5800		
试剂	Beckman AU		
校准物	Beckman AU		

项目：总胆红素		μmol/L								
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	VIS允许范围下限	靶值	上限	VIS	评价结果	
202621	40.4	39.9	1.25	33.9 - 45.9		*			通过	
202622	24.0	23.8	0.84	20.2 - 27.4		*			通过	
202623	122.1	120.5	1.33	102.4 - 138.6		*			通过	
202624	62.2	62.1	0.16	52.8 - 71.4		*			通过	
202625	88.6	87.9	0.80	74.7 - 101.1		*			通过	

所属组	Beckman AU组	成绩	100%
本组实验室数	766		
方法	重氮法		
仪器	Beckman AU 5800		
试剂	Beckman AU		
校准物	Beckman AU		



国家卫生健康委临床检验中心

2026年全国常规化学A室间质量评价

统计结果

实验室名称：民航总医院	测定日期：2026/6/4	第2次	科室：检验科
实验室编码：101127			统计日期：2026/6/30

项目：丙氨酸氨基转移酶		U/L							
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	VIS允许范围下限	靶值	上限	VIS	评价结果
202621	65	64	1.56	54 - 74		*			通过
202622	39	37	5.41	31 - 43		*			通过
202623	156	150	4.00	126 - 174		*			通过
202624	95	92	3.26	77 - 107		*			通过
202625	122	118	3.39	99 - 137		*			通过

所属组	Beckman AU组	成绩	100%
本组实验室数	815		
方法	速率法		
仪器	Beckman AU 5800		
试剂	Beckman AU		
校准物	Beckman AU		

项目：天门冬氨酸氨基转移酶		U/L							
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	VIS允许范围下限	靶值	上限	VIS	评价结果
202621	95	93	2.15	79 - 107		*			通过
202622	56	54	3.70	46 - 62		*			通过
202623	239	229	4.37	195 - 263		*			通过
202624	157	149	5.37	127 - 171		*			通过
202625	188	179	5.03	152 - 206		*			通过

所属组	Beckman AU组	成绩	100%
本组实验室数	806		
方法	速率法		
仪器	Beckman AU 5800		
试剂	Beckman AU		
校准物	Beckman AU		



国家卫生健康委临床检验中心

2026年全国常规化学A室间质量评价

统计结果

实验室名称：民航总医院	测定日期：2026/6/4	第2次	科室：检验科
实验室编码：101127			统计日期：2026/6/30

项目：碱性磷酸酶				U/L					
样本编号	你室结果	靶值	偏倚 (%)	允许范围	VIS允许范围下限	靶值	上限	VIS	评价结果
202621	100	95	5.26	78 - 112		*			通过
202622	54	52	3.85	43 - 61		*			通过
202623	352	351	0.28	288 - 414		*			通过
202624	155	155	0.00	127 - 183		*			通过
202625	261	262	-0.38	215 - 309		*			通过

所属组	Beckman AU组	成绩	100%
本组实验室数	796		
方法	速率法(AMP缓冲液)		
仪器	Beckman AU 5800		
试剂	Beckman AU		
校准物	Beckman AU		

项目：淀粉酶				U/L					
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	VIS允许范围下限	靶值	上限	VIS	评价结果
202621	142	141	0.71	120 - 162		*			通过
202622	79	77	2.60	65 - 89		*			通过
202623	387	382	1.31	325 - 439		*			通过
202624	233	230	1.30	196 - 265		*			通过
202625	291	286	1.75	243 - 329		*			通过

所属组	Beckman AU组	成绩	100%
本组实验室数	558		
方法	酶法底物(麦芽七糖苷)		
仪器	Beckman AU 5800		
试剂	Beckman AU		
校准物	Beckman AU		



国家卫生健康委临床检验中心

2026年全国常规化学A室间质量评价

统计结果

实验室名称：民航总医院	测定日期：2026/6/4	第2次	科室：检验科
实验室编码：101127			统计日期：2026/6/30

项目：肌酸激酶		U/L								
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	VIS允许范围下限	靶值	上限	VIS	评价结果	
202621	178	182	-2.20	155 - 209		*			通过	
202622	109	110	-0.91	94 - 127		*			通过	
202623	389	381	2.10	324 - 438		*			通过	
202624	260	255	1.96	217 - 293		*			通过	
202625	301	300	0.33	255 - 345		*			通过	

所属组	Beckman AU组	成绩	100%
本组实验室数	677		
方法	速率法		
仪器	Beckman AU 5800		
试剂	Beckman AU		
校准物	Beckman AU		

项目：乳酸脱氢酶		U/L								
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	VIS允许范围下限	靶值	上限	VIS	评价结果	
202621	212	214	-0.93	190 - 238		*			通过	
202622	142	141	0.71	125 - 157		*			通过	
202623	497	491	1.22	437 - 545		*			通过	
202624	312	309	0.97	275 - 343		*			通过	
202625	397	387	2.58	344 - 430		*			通过	

所属组	Beckman AU组	成绩	100%
本组实验室数	436		
方法	速率法(乳酸—丙酮酸, L-P)		
仪器	Beckman AU 5800		
试剂	Beckman AU		
校准物	Beckman AU		



国家卫生健康委临床检验中心

2026年全国常规化学A室间质量评价

统计结果

实验室名称：民航总医院	测定日期：2026/6/4	第2次	科室：检验科
实验室编码：101127			统计日期：2026/6/30

项目：γ-谷氨酰基转移酶				U/L					
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	VIS允许范围下限	靶值	上限	VIS	评价结果
202621	75	76	-1.32	68 - 84		*			通过
202622	43	43	0.00	38 - 48		*			通过
202623	193	194	-0.52	173 - 215		*			通过
202624	119	120	-0.83	107 - 133		*			通过
202625	148	150	-1.33	134 - 167		*			通过

所属组	Beckman AU组	成绩	100%
本组实验室数	467		
方法	速率法(γ-谷氨酰3羧基4硝基苯胺法)		
仪器	Beckman AU 5800		
试剂	Beckman AU		
校准物	Beckman AU		

项目：镁			mmol/L						
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	VIS允许范围下限	靶值	上限	VIS	评价结果
202621	0.88	0.86	2.33	0.73 - 0.99		*			通过
202622	0.75	0.73	2.74	0.62 - 0.84		*			通过
202623	1.48	1.42	4.23	1.21 - 1.63		*			通过
202624	1.13	1.10	2.73	0.94 - 1.27		*			通过
202625	1.28	1.26	1.59	1.07 - 1.45		*			通过

所属组	Beckman AU组	成绩	100%
本组实验室数	691		
方法	二甲苯胺蓝法		
仪器	Beckman AU 5800		
试剂	Beckman AU		
校准物	Beckman AU		



国家卫生健康委临床检验中心

2026年全国常规化学A室间质量评价

统计结果

实验室名称：民航总医院	测定日期：2026/6/4	第2次	科室：检验科
实验室编码：101127			统计日期：2026/6/30

项目：直接胆红素		$\mu\text{mol/L}$								
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	VIS允许范围下限	靶值	上限	VIS	评价结果	
202621	14.3	14.2	0.70	11.4 - 17.0		*			通过	
202622	9.6	9.5	1.05	7.6 - 11.4		*			通过	
202623	53.8	53.1	1.32	42.5 - 63.7		*			通过	
202624	23.4	23.1	1.30	18.5 - 27.7		*			通过	
202625	32.7	32.1	1.87	25.7 - 38.5		*			通过	

所属组	Beckman AU组	成绩	100%
本组实验室数	755		
方法	重氮法-去样本空白		
仪器	Beckman AU 5800		
试剂	Beckman AU		
校准物	Beckman AU		

项目：铁		$\mu\text{mol/L}$								
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	VIS允许范围下限	靶值	上限	VIS	评价结果	
202621	17	17	0.00	14 - 20		*			通过	
202622	14	14	0.00	12 - 16		*			通过	
202623	32	33	-3.03	28 - 38		*			通过	
202624	24	24	0.00	20 - 28		*			通过	
202625	27	27	0.00	23 - 31		*			通过	

所属组	Beckman AU组	成绩	100%
本组实验室数	438		
方法	亚铁嗉比色法		
仪器	Beckman AU 5800		
试剂	Beckman AU		
校准物	Beckman AU		



国家卫生健康委临床检验中心

2026年全国常规化学A室间质量评价

统计结果

实验室名称：民航总医院	测定日期：2026/6/4	第2次	科室：检验科
实验室编码：101127			统计日期：2026/6/30

项目：总铁结合力		$\mu\text{mol/L}$								
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	VIS允许范围下限	靶值	上限	VIS	评价结果	
202621	43	42	2.38	34 - 50		*			通过	
202622	31	31	0.00	25 - 37		*			通过	
202623	66	65	1.54	52 - 78		*			通过	
202624	53	52	1.92	42 - 62		*			通过	
202625	59	58	1.72	46 - 70		*			通过	

所属组	Beckman AU组	成绩	100%
本组实验室数	221		
方法	亚铁嗉比色法		
仪器	Beckman AU 5800		
试剂	Beckman AU		
校准物	Beckman AU		

项目：铜		$\mu\text{mol/L}$								
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	VIS允许范围下限	靶值	上限	VIS	评价结果	
202621	15.0	14.5	3.45	11.6 - 17.4		*			通过	
202622	9.0	8.6	4.65	6.9 - 10.3		*			通过	
202623	37.0	36.0	2.78	28.8 - 43.2		*			通过	
202624	24.0	22.5	6.67	18.0 - 27.0		*			通过	
202625	29.0	27.0	7.41	21.6 - 32.4		*			通过	

所属组	北京安图生物工程有限公司组	成绩	100%
本组实验室数	33		
方法	PAESA显色剂法		
仪器	Beckman AU 5800		
试剂	北京安图生物工程有限公司		
校准物	北京安图生物工程有限公司		



国家卫生健康委临床检验中心

2026年全国常规化学A室间质量评价

统计结果

实验室名称：民航总医院	测定日期：2026/6/4	第2次	科室：检验科
实验室编码：101127			统计日期：2026/6/30

项目：锌		μmol/L								
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	VIS允许范围下限	靶值	上限	VIS	评价结果	
202621	28.0	27.0	3.70	21.6 - 32.4		*			通过	
202622	24.5	24.0	2.08	19.2 - 28.8		*			通过	
202623	39.0	37.6	3.72	30.1 - 45.1		*			通过	
202624	29.0	28.9	0.35	23.1 - 34.7		*			通过	
202625	32.0	31.3	2.24	25.0 - 37.6		*			通过	

所属组	缺省组	成绩	100%
本组实验室数	723		
方法	PAPS显色剂法		
仪器	Beckman AU 5800		
试剂	北京柏定		
校准物	北京柏定		

项目：胆碱酯酶		U/L								
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	VIS允许范围下限	靶值	上限	VIS	评价结果	
202621	5380	5391	-0.20	4,313 - 6,469		*			通过	
202622	4090	4042	1.19	3,234 - 4,850		*			通过	
202623	8180	8144	0.44	6,515 - 9,773		*			通过	
202624	6630	6567	0.96	5,254 - 7,880		*			通过	
202625	7220	7251	-0.43	5,801 - 8,701		*			通过	

所属组	Beckman AU组	成绩	100%
本组实验室数	520		
方法	速率法		
仪器	Beckman AU 5800		
试剂	Beckman AU		
校准物	Beckman AU		



国家卫生健康委临床检验中心
2026年全国常规化学A室间质量评价
统计结果

实验室名称：民航总医院	测定日期：2026/6/4	第2次	科室：检验科
实验室编码：101127			统计日期：2026/6/30

项目：脂肪酶		U/L								
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	VIS允许范围下限	靶值	上限	VIS	评价结果	
202621	38	37	2.70	30 - 44		米			通过	
202622	25	24	4.17	19 - 29		米			通过	
202623	78	76	2.63	61 - 91		米			通过	
202624	54	53	1.89	42 - 64		米			通过	
202625	63	61	3.28	49 - 73		米			通过	

所属组	Beckman AU组	成绩	100%
本组实验室数	204		
方法	色原底物法		
仪器	Beckman AU 5800		
试剂	Beckman AU		
校准物	Beckman AU		

你室主任签字 _____
签字日期 _____