
QCM • CONCOURS

Concours de recrutement 2013

Radiologie

Specialite : Radiologie

Annee : 2013

14 questions

Questions

17 Le centrage de l'abdomen sans préparation (ASP) :

- A** La ligne médiane à 2 cm au-dessous des crêtes iliaques ;
- B** La ligne médiane à 2 cm au-dessus des crêtes iliaques ;
- C** La ligne médiane à hauteur des crêtes iliaques ;
- D** L'ombilic.

18 Les indications de l'urographie intraveineuse (UIV) :

- A** Les lithiases des voies urinaires ;
- B** L'insuffisance hépatorénale grave ;
- C** Les 6 premières semaines de la grossesse ;
- D** Les malformations.

19 La mammographie :

- A** N'est jamais complétée par une échographie mammaire ;
- B** Doit être toujours bilatérale pour la comparaison ;
- C** Doit être toujours réalisée dans la première partie du cycle menstruelle
- D** Est praticable chez l'homme

20 Les contre indications de l'Hystérosalpingographie :

- A** La grossesse ;
- B** Les avortements à répétition ;
- C** L'infection génitale ;
- D** Les hémorragies abondantes.

21 En scanographie, il y a plusieurs types d'artefacts :

- A Artefact de volume partiel ;
- B Artefact de surface ;
- C Artefact de mesure ;
- D Artefact du flux.

22 Les caractéristiques d'un produit de contraste :

- A Proposer le meilleur contraste possible ;
- B La plus forte inertie pharmacologique ;
- C Ils ne doivent être ni métabolisés, ni stockés dans l'organisme ;
- D Ils doivent être totalement éliminés.

23 Parmi les critères de réussite d'une TDM Cérébrale la visualisation de :

- A La totalité de l'encéphale ;
- B Les éléments squelettiques du rachis cervical (les 7 vertèbres) ;
- C La base du crâne ;
- D L'odontoïde.

24 Le plan neuro-neulaire (PNO) :

- A Aligne les voies visuelles (cristallin, papille, nerf optique, canal optique) sur une coupe ;
- B Il est oblique de -10 à -15 degrés par rapport au plan OM ;
- C Ses repères externes : Nasion, CAE ;
- D Il est parallèle à l'axe du tronc cérébral.

25 Les composantes d'une salle IRM sont :

- A Aimant ;
- B Collimateur ;
- C Antennes : Émettrice et Réceptrice ;
- D Système informatique ;

26 Les contre-indications absolues d'un examen IRM :

- A Pace-maker ;
- B Grossesse ;
- C Défibrillateur / neurostimulateur ;
- D Claustrophobie ;

27 Le Produit de contraste en IRM :

- A La gastrographine ;
- B Le sulfate de baryum BaSO_4 ;
- C Le gadolinium ;
- D Aucun produit de contraste utilisé.

38 La gamma camera se compose :

- A D'un collimateur ;
- B D'un détecteur de scintillation (appelé aussi détecteur de cristal) ;
- C De plusieurs photomultiplicateurs ;
- D Des circuits logiques de position.

39 Les différentes modalités d'acquisition d'images scintigraphiques :

A	Vues statiques ou planaires ;
B	Balayages corps entier ;
C	Tomographies ;
D	Tomodensitométrie.

40 Les différents types de collimateur suivant l'orientation des trous :

A	Parallèles ;
B	Sténopéique ou pin-hole ;
C	Haute résolution ;
D	Haute et moyen énergie.