
QCM • CONCOURS

Concours de Recrutement Des Techniciens de Santé et des Infirmiers 1er Grade

TECHNICIEN DE RADIOLOGIE

Specialite : TECHNICIEN DE RADIOLOGIE

Annee : 2022

5 questions

Questions

1 Quels sont les facteurs de risque de néphropathie aux PCI ?

A	Le diabète
B	L'hyperuricémie
C	L'insuffisance rénale
D	L'âge avancé
E	Un rein unique

2 Concernant les produits de contraste en Rayons X :

A	Le mode d'action principal est l'effet Compton
B	L'atténuation dépend du nombre atomique Z
C	Le K edge est le même pour tous les atomes à 33 keV
D	L'atténuation présente un pic puis décroît en fonction de la concentration en produit contraste
E	Ultravist est un bon absorbant des Rayons X

3 Les propriétés du tungstène, qui en font un métal de choix pour la composition de l'anode et de la cathode, sont :

A	D'avoir un numéro atomique élevé
B	D'avoir un numéro atomique peu élevé
C	D'avoir une faible tendance à se vaporiser
D	D'avoir un point de fusion bas
E	D'avoir une faible capacité d'absorption de la chaleur

4 Parmi les propositions suivantes, lesquelles exactes ?

- | | |
|---|--|
| A | La matrice et la résolution spatiale sont liées |
| B | Le contraste dépend de la matrice |
| C | La résolution spatiale dépend du contraste |
| D | Le contraste peut être codé en bits |
| E | Le format DICOM est le standard en imagerie médicale |

5 Parmi les principes suivants de la radioprotection, quel est celui qui n'est pas applicable aux patients ?

- | | |
|---|--|
| A | Justification |
| B | Optimisation |
| C | Limitation des doses |
| D | [Option non visible / coupée en bas de page] |

! Le bas de la page 6 est coupé, l'option D n'est pas lisible.