
QCM · CONCOURS

Examen de recrutement des infirmiers et techniciens de santé 1er Grade - Option : Technicien de radiologie 2ème épreuve

Technicien de radiologie

Specialite : Technicien de radiologie

Annee : 2025

30 questions

Questions

1 Concernant la radiographie pulmonaire standard, un paramètre essentiel du cliché est :

- | | |
|---|--|
| A | L'injection systématique d'un produit de contraste |
| B | Une bonne position du patient avec apnée inspiratoire profonde |
| C | Un centrage correct : Le faisceau central est dirigé au niveau de la 7° vertèbre cervicale |
| D | Une exposition optimisée pour éviter le flou de mouvement |

2 Dans une radiographie de profil de la cheville :

- | | |
|---|-----------------------------------|
| A | Le patient est debout |
| B | Le profil est externe ou péronier |
| C | Le pied est à 90° avec la jambe |
| D | Le rayon directeur est vertical |

3 Dans la radiographie du rachis cervical de profil :

- | | |
|---|--------------------------------------|
| A | Le patient peut être assis ou debout |
| B | Le rayon directeur est centré sur C6 |
| C | La tête est en légère inflexion |
| D | On doit voir de C1 à C7 |

4 La prémédication antiallergique :

- | | |
|---|-------------------------------------|
| A | Permet une protection sure |
| B | Est systématique |
| C | Contre indiqué chez les hypertendus |
| D | Obligatoire chez les l'asthmatique |

5 Quelle est la principale image radiologique d'une pneumonie lobaire sur une radiographie thoracique ?

- A Hyperclarté homogène d'un lobe
- B Opacité alvéolaire systématisée à un lobe
- C Présence d'un pneumothorax
- D Dilatation des bronches

6 La radiographie de profil de l'épaule de Lamy :

- A Est appelée également le profil axial de la coiffe
- B Est une incidence postéro-antérieure
- C La position du patient est la même que pour le profil de NEER
- D L'omoplate doit être vue dans sa totalité

7 La loi qui régit l'utilisation des rayonnements ionisants à des fins médicales au Maroc est :

- A Loi n° 005-71
- B Loi n° 142-12
- C Loi n° 30-09
- D Loi n° 65-00

8 Concernant la radiothérapie, Quelle est la (ou les) proposition (s) exacte (s) :

- A Il s'agit d'un traitement locorégional
- B Elle peut être associée à la chimiothérapie
- C Elle n'est jamais indiquée seule
- D Elle a le même mécanisme d'action que la chimiothérapie

9 Quelle est la principale cible de la radiothérapie :

- A Le cytoplasme cellulaire
- B L'ADN
- C La membrane cellulaire
- D Le vaisseau sanguin

10 En radiothérapie les rayons sont délivrés par :

- A Des gamma caméras
- B Des accélérateurs linéaires
- C Des machines de radiofréquence
- D Des machines de cryothérapie

11 Quelle pathologie osseuse présente un aspect radiologique de "verre dépoli" ?

- A Ostéoporose
- B Maladie de Paget
- C Dysplasie fibreuse
- D Métastases osseuses

12 L'examen de référence pour diagnostiquer une embolie pulmonaire est :

- A Radiographie thoracique
- B Scanner thoracique sans injection
- C Angioscanner thoracique
- D IRM thoracique

13 L'uroscanner :

- A Est indiqué devant une pathologie tumorale vésicale
- B Est indiqué devant une obstruction urinaire
- C Les coupes sans injection de produit de contraste sont obligatoires
- D Est contre-indiqué en cas de créatinine sanguine à 20 mg/l

14 Parmi les principales missions du Centre National de Radioprotection (CNRP), on trouve :

- A Le suivi dosimétrique des travailleurs exposés
- B L'importation des produits radioactifs
- C La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques
- D Le contrôle réglementaire, inspection et suivi des établissements

15 Quel est le principal risque de surexposition aux rayons X pour le personnel de radiologie ?

- A Maladies infectieuses
- B Cataracte radio-induite
- C Hypertension artérielle
- D Ostéoporose

16 Le gadolinium en IRM est utilisé pour :

- A Raccourcir le temps T1
- B Allonger le temps T2
- C Rehausser les tissus vascularisés
- D Émettre des rayons X

17 En IRM, le temps d'écho (TE) :

- A Temps entre une impulsion de 180° et le recueil de l'écho de spin
- B TE détermine le moment précis où le signal est mesuré
- C TE conditionne la pondération T1 d'une séquence
- D Plus on allonge le TE, plus la séquence est pondérée en T1

18 La saturation de graisse en IRM :

- A Est une méthode qui utilise la grande différence de fréquence de résonance des protons présents dans la graisse par rapport à ceux de la molécule d'eau
- B Est une méthode utilisable uniquement en pondération T2
- C Permet de mieux mettre en évidence les prises de produit de contraste en pondération T2
- D Très sensible aux inhomogénéités de champ

19 L'agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaires et Radiologiques (AMSSNuR) est placée sous la tutelle du :

- A Ministère de la santé et de la protection sociale
- B Ministère de l'environnement
- C Chef de gouvernement
- D Ministère de l'intérieur

20 La scintigraphie est classée parmi les examens :

- A Anatomiques
- B Fonctionnels
- C Morphologiques
- D Radiothérapeutiques

21 Les caractéristiques de MAG3 utilisé en scintigraphie rénale :

- | | |
|---|---|
| A | Eliminer par filtration glomérulaire |
| B | Eliminer principalement par sécrétion tubulaire |
| C | Possède une clairance plasmatique moins élevée |
| D | Possède une clairance plasmatique élevée |

22 Les indications de la scintigraphie pulmonaire :

- | | |
|---|---|
| A | Diagnostic d'embolie pulmonaire |
| B | Diagnostic la tuberculose pulmonaire |
| C | Bilan d'opérabilité en pathologie pulmonaire (emphysème, cancers) |
| D | Bilan de certaines malformations cardiovasculaires (en pédiatrie) |

23 Un angioscanner :

- | | |
|---|--|
| A | Est indiqué devant une pathologie tumorale |
| B | Est indiqué devant une pathologie vasculaire |
| C | Les coupes sans injections de produit de contraste sont obligatoires |
| D | Est contre-indiqué en cas de créatinine sanguine à 20 mg/l |

24 Le scanner dosimétrique :

- | | |
|---|---|
| A | Est un scanner diagnostique |
| B | Permet la simulation de la radiothérapie |
| C | Nécessite obligatoirement l'injection du produit de contraste |
| D | Permet la réalisation de la dosimétrie |

25 L'incidence du défilé claviculaire :

A	Patient debout ou en décubitus dorsal
B	Membre supérieur le long du corps
C	Inclinaison craniopodale du rayon directeur de 20°
D	Centrage à un travers de doigts sous le milieu de la clavicule

26 L'incidence du genou de face en charge à 30° de flexion (Schuss) est indiquée pour dégager :

A	L'échancrure intercondylienne
B	Les épines tibiales
C	Les interlignes fémorotibiaux
D	Les interlignes fémoropatellaires

27 Concernant le tube à rayons X :

A	La cathode est le pôle négatif du tube
B	L'anode est le pôle positif du tube
C	La cathode est la cible des électrons
D	L'anode est la source des électrons

28 Concernant les produits de contraste en Rayons X :

A	Le mode d'action principal est l'effet Compton
B	L'atténuation dépend du nombre atomique Z
C	Le Kedge est le même pour tous les atomes à 33 keV
D	Le gadolinium est un bon absorbant des Rayons X

29 Le lavement baryté chez l'enfant :

A	Est réalisé sous sédation
B	A un intérêt diagnostique et thérapeutique
C	Est indiqué en cas de suspicion de perforation digestive
D	Est indiqué en cas d'un épanchement liquidien intra-péritonéal abondant, confirmé par l'échographie

30 La présence des images hydroaériques sur un ASP debout avec RDH (région du diaphragme visible) est secondaire à :

A	Une occlusion mécanique
B	Des lithiases rénales
C	Une cholécystite aigue
D	Un trouble de résorption (diarrhée)