
QCM • CONCOURS

Concours de recrutement des Infirmiers et techniciens de santé 1er grade

Radiologie

Specialite : Radiologie

Annee : 2019

20 questions

Questions

1 Dans l'incidence % obturateur :

- A Le patient est debout
- B Le patient soulève le coté à radiographier
- C Le trou obturateur doit être bien rond sur le cliché
- D Les branches ilio et ischio pubiennes sont bien déroulées
- E Le rayon directeur est centré en dedans de l'épine iliaque antéro supérieure

! Necessite verification

2 Dans une radiographie de la hanche de face :

- A Le patient est en décubitus dorsal
- B Le bassin est de face
- C Le pied est en rotation externe
- D Le rayon directeur est vertical
- E L'articulation doit être au milieu du film

3 Dans une radiographie du genou face :

- A Le patient doit être assis
- B Les jambes sont en extension
- C Le rayon directeur est ascendant de 5° environ
- D On doit voir la corticale, la médullaire et les parties molles
- E L'interligne fémoro-tibiale doit être visible

4 Dans une radiographie de la jambe de face :

- A Le patient est en décubitus dorsal
- B On doit voir les articulations sus et sous jacente
- C Le rayon directeur est horizontal
- D Le rayon directeur est centré au niveau de l'épine tibiale

5 Dans une radiographie de profil de la cheville :

- A Le patient est debout
- B Le profil est externe ou péronier
- C La jambe est en flexion
- D Le pied est à 90° avec la jambe
- E Le rayon directeur est vertical

6 Dans la Radiographie du rachis cervical de profil :

- A Le patient peut être assis ou debout
- B Le rayon directeur est centré sur C6
- C La tête est en légère inflexion
- D On doit voir de C1 à C7
- E Le profil droit est le seul profil accepté

7 Dans les radiographies obliques du rachis cervical :

- A Le patient peut être assis ou debout
- B Le patient est oblique du même côté à explorer
- C Le rayon directeur est centré sur C6
- D On doit voir les trous de conjugaison bien ronds
- E Le rayon directeur est ascendant

8 La radiographie de profil de l'épaule de Lamy :

- | | |
|---|---|
| A | Est appelée également le profil axial de la coiffe |
| B | Est une incidence postéro-antérieure |
| C | La position du patient est la même que pour le profil de NEER |
| D | Le rayon directeur est vertical |
| E | L'omoplate doit être vue dans sa totalité |

9 Le profil de BLOOM et OBATA :

- | | |
|---|---|
| A | Est un profil axillaire |
| B | Le rayon directeur est centré sur le milieu de l'épaule |
| C | L'omoplate est vue de face |
| D | La glène est médiane |
| E | L'acromion est dégagé en arrière |

10 Dans le profil du cavum :

- | | |
|---|--|
| A | Le rayon directeur est placé à 2cm en avant du conduit auditif externe |
| B | Le rayon directeur est centré sur le point tubaire |
| C | Le cliché est réalisé l'expiration |
| D | Le cliché est réalisé en haute tension |
| E | Est considéré comme une incidence fondamentale pour l'étude du cavum |

11 En radiologie interventionnelle, le rôle du manipulateur est essentiel :

A	Pour assister le radiologue
B	Réaliser les acquisitions
C	En s'occupant du patient
D	Pour réaliser l'acte interventionnel
E	Pour veiller à l'asepsie

12 En service de radiologie le manipulateur doit :

A	Veiller à l'identovigilance
B	Vérifier l'enregistrement du patient sur le PACS et le RIS
C	Réaliser une fiche de traçabilité pour le matériel et les produits utilisés
D	Expliquer au patient le résultat des examens radiologiques
E	Expliquer aux accompagnants du patient les diagnostics évoqués par le radiologue

13 En pratique de radiologie vasculaire :

A	Le French (F) est l'unité de mesure des diamètres des guides
B	L'inch (1") est l'unité pour la mesure des diamètres des sondes
C	Le Gauge (G) est utilisé pour mesurer le diamètre externe des aiguilles
D	Le millimètre est utilisé pour tous le petit matériel
E	Il existe différents types de sondes et de guides

14 L'angioscanner thoracique pour embolie pulmonaire :

- | | |
|---|---|
| A | Ne nécessite pas d'injection de produit de contraste |
| B | Le produit utilisé est le gadolinium |
| C | L'acquisition sera réalisée précocement (25 secondes environ après l'injection) |
| D | Les clichés fournis au patient seront limités aux fenêtres médiastinales |
| E | L'apnée quand elle est possible n'est pas obligatoire |

15 L'angioscanner hépatique pour caractérisation d'un nodule du foie :

- | | |
|---|---|
| A | Est un scanner réalisé pour avoir une cartographie de la vascularisation du foie |
| B | Est un scanner réalisé en deux temps, sans injection et après injection au temps artériel |
| C | Est un scanner réalisé au moins en trois temps |
| D | 60 à 80 secondes après injection correspondent au temps artériel |
| E | L'injecteur automatique n'est pas obligatoire |

16 Concernant L'arthrographie :

- | | |
|---|--|
| A | Elle correspond à une opacification artérielle par voie transcutanée |
| B | Elle correspond à une cartographie artérielle par angioscanner |
| C | Elle correspond à une opacification d'une cavité articulaire |
| D | Elle nécessite une asepsie rigoureuse |
| E | Elle est réalisée sous guidage radioscopique |

17 Concernant la séquence STIR En IRM :

A	Cette séquence est basée sur la technique d'inversion-récupération
B	Cette séquence permet l'étude des mouvements de molécules d'eau
C	Il s'agit d'une séquence de suppression du signal de l'eau
D	Elle est utilisée pour aider au diagnostic de pathologie tumorale du rachis
E	Elle est souvent associée à la séquence T1 après injection

18 Concernant les rayons X et la grossesse :

A	L'exposition aux rayons X est formellement contre-indiquée dans la grossesse débutante
B	Les examens à rayons X seront réalisés en 2e phase du cycle
C	L'exposition aux rayons X au 3e trimestre augmente le risque de malformation fœtale
D	Devant une urgence extrême en 3e trimestre, le recours à un examen à rayons X sera réalisé à défaut d'autre exploration répondant aux questions posées
E	Le fait de mettre une blouse plombée sur le pelvis permet une protection efficace et suffisante

19 Concernant la tomodensitométrie double énergie :

A	Réalise une acquisition simultanée à haut et à bas kilovoltage
B	Permet de séparer les matériaux (iode, eau, calcium...)
C	Permet de réduire de plus de moitié la dose d'iode injectée
D	Il faut absolument deux tubes à rayons X
E	Permet de réaliser une cartographie perfusionnelle des poumons dans les embolies pulmonaires

20 Parmi ces techniques, quelles sont celles d'imagerie vasculaire non invasive

A	Échographie doppler vasculaire
B	Artériographie
C	Phlébographie
D	Angio-IRM
E	Angio-TDM