

CHROMATOGRAPHIC CONDITIONS:

ASSAY

Column No: 155 Type of Column: Eclipse plus C8, 4.6mm * 25cm
Column Temp (°C): 30
Detection λ (nm): 210-Ritonav Injection Vol (μ L): 10

Mobile Phase: Composition (% v/v) & Ratios

BUFFER:ACN:MEOH:THF Flow Rate (mL/min): 1.5
480:420:50:50 Pump Pressure (bars): 75-85

DISSOLUTION

Column No: 155 Type of Column: Eclipse plus C8, 4.6mm * 25cm
Column Temp (°C): 30
Detection λ (nm): 210-Ritonav Injection Vol (μ L): 10

Mobile Phase: Composition (% v/v) & Ratios

BUFFER:ACN:MEOH:THF Flow Rate (mL/min): 1.5
480:420:50:50 Pump Pressure (bars): 75-85

REFERENCE SUBSTANCES:

NO	Reference Substances/Related Substances	NQCL Code/Batch	Purity (%)
1.	Atazanavir Sulfate	A48-3	99.6
2.	Ritonavir	R14-2	99.4
3.			
4.			
5.			