

CHROMATOGRAPHIC CONDITIONS:

ASSAY

Column No: 97 Type of Column: Xterra RP 18, 25cm
Column Temp (°C): 30
Detection λ (nm): 254 Injection Vol (μ L): 20

Mobile Phase: Composition (% v/v) & Ratios

h20:acn:tea Flow Rate (mL/min): 2
1600:400:2 Pump Pressure (bars): 192-195
ph 5.9

DISSOLUTION

Column No: 97 Type of Column: Xterra RP 18, 25cm
Column Temp (°C): 30
Detection λ (nm): 254 Injection Vol (μ L): 20

Mobile Phase: Composition (% v/v) & Ratios

h20:acn:tea Flow Rate (mL/min): 2
1600:400:2 Pump Pressure (bars): 192-195
ph 5.9

REFERENCE SUBSTANCES:

NO	Reference Substances/Related Substances	NQCL Code/Batch	Purity (%)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			