

CHROMATOGRAPHIC CONDITIONS:

ASSAY

Column No:	196	Type of Column:	Xterra RP 18, 25cm
Column Temp (°C):	30		
Detection λ (nm):	238	Injection Vol (μ L):	20

Mobile Phase: Composition (% v/v) & Ratios

M.P A:Buffer:ACN;96:4	Flow Rate (mL/min):	1.5
M.P B:ACN:Buffer;55:45	Pump Pressure (bars):	205-220

DISSOLUTION

Column No:	196	Type of Column:	Xterra RP 18, 25cm
Column Temp (°C):	30		
Detection λ (nm):	238	Injection Vol (μ L):	20

Mobile Phase: Composition (% v/v) & Ratios

M.P A:Buffer:ACN;96:4	Flow Rate (mL/min):	1.5
M.P B:ACN:Buffer;55:45	Pump Pressure (bars):	205-220

REFERENCE SUBSTANCES:

NO	Reference Substances/Related Substances	NQCL Code/Batch	Purity (%)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			