CHROMATOGRAPHIC CONDITIONS:

ASSAY

Column No:	238	Type of Column:	Xterra RP 18, 25cm
Column Temp (°C):	30		
Detection λ (nm):	214	Injection Vol (µL):	20

Mobile Phase: Composition (% v/v) & Ratios

ACN:WATER(23:77)

Flow Rate (mL/min): 1

Pump Pressure (bars): 190-215

DISSOLUTION

Column No:	238	Type of Column:	Xterra RP 18, 25cm
Column Temp (°C):	30		
Detection λ (nm):	214	Injection Vol (µL):	20

Mobile Phase: Composition (% v/v) & Ratios

ACN:WATER(23:77)

Flow Rate (mL/min): 1

Pump Pressure (bars): 190-215

REFERENCE SUBSTANCES:

NO	Reference Substances/Related Substances	NQCL Code/Batch	Purity (%)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			