

CHROMATOGRAPHIC CONDITIONS:

ASSAY

Column No: 100 Type of Column: Xterra RP 18, 25cm
Column Temp (°C): 30
Detection λ (nm): 254 Injection Vol (μ L): 20

Mobile Phase: Composition (% v/v) & Ratios

H₂O:ACN: TEA Flow Rate (mL/min): 1.5
1598:400:2 Pump Pressure (bars): 122-125

DISSOLUTION

Column No: 100 Type of Column: Xterra RP 18, 25cm
Column Temp (°C): 30
Detection λ (nm): 254 Injection Vol (μ L): 20

Mobile Phase: Composition (% v/v) & Ratios

H₂O:ACN: TEA Flow Rate (mL/min): 1.5
1598:400:2 Pump Pressure (bars): 122-125

REFERENCE SUBSTANCES:

NO	Reference Substances/Related Substances	NQCL Code/Batch	Purity (%)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			