Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 4275
CALIBRATION DATE: 22-Apr-26

SBE 19plus CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

g = -1.020463e+00
h = 1.595299e-01
i = -3.844324e-04
j = 5.700790e-05

CPcor = -9.5700e-008
CTcor = 3.2500e-006

| BATH TEMP (° C) | BATH SAL (PSU) | BATH COND (S/m) | INSTRUMENT OUTPUT (Hz) | INSTRUMENT COND (S/m) | RESIDUAL (S/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.0000 | 0.0000 | 0.00000 | 2534.00 | 0.0000 | 0.00000 |
| 1.0000 | 34.5587 | 2.95604 | 5000.43 | 2.9560 | 0.00001 |
| 4.5000 | 34.5395 | 3.26117 | 5188.15 | 3.2612 | -0.00001 |
| 14.9999 | 34.4987 | 4.23674 | 5746.59 | 4.2368 | 0.00001 |
| 18.5000 | 34.4901 | 4.57974 | 5930.16 | 4.5797 | 0.00000 |
| 24.0000 | 34.4810 | 5.13423 | 6215.14 | 5.1342 | -0.00002 |
| 29.0000 | 34.4760 | 5.65282 | 6469.99 | 5.6528 | 0.00001 |
| 32.5000 | 34.4737 | 6.02297 | 6645.70 | 6.0230 | -0.00000 |

f = Instrument Output (Hz) / 1000.0

t = temperature (°C); p = pressure (decibars); $\delta$ = CTcor; $\varepsilon$ = CPcor;

Conductivity (S/m) = $(g + h * f^2 + i * f^3 + j * f^4) / (1 + \delta * t + \varepsilon * p)$

Residual (Siemens/meter) = instrument conductivity - bath conductivity